



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO 00067/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS

1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

EMPRESA: COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ: 02.537.890/0001-09		
Lote	Marca	Resultado da Análise
<b>LOTE 00045</b> – escova cervical nao esteril com ponta protegida - embalagem com 100 unidades; - ponta protegida com silicone, resina plástica ou afins, que evitam lesões no colo uterino; - material da ponta ativa: cerdas de nylon com eixo em aço inox; - haste: comprimento mínimo 160mm; - ponta ativa: comprimento mínimo de 20mm; - formato da ponta ativa: cone ou cilindro; - comprimento total: mínimo de 180mm- prazo de validade mínimo de 02 anos a contar da data de fabricação.  <b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>	KOLPLAST	APROVADA
<b>LOTE 00046</b> – esparadrapo impermeável com capa 10cm x 4,5m impermeável e antialérgico, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Nele e aplicada massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. Registro no ms  <b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>	MISSNER	APROVADA
<b>LOTE 00055</b> – fita micropore hipoalernica 25mmx10mt composta por fibra de viscose e resina acrilica, não estéril, hipoalergenica, na cor branca ou bege; registro na anvisa  <b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>	MISSNER	APROVADA
<b>LOTE 00056</b> – fita micropore hipoalernica 50mmx10mt composta por fibra de viscose e resina acrilica, não estéril, hipoalergenica, na cor branca ou bege; registro na anvisa  <b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>	MISSNER	APROVADA

EMPRESA: DS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES E TECNOLÓGICOS CNPJ: 37.245.599/0001- 33		
Lote	Marca	Resultado da Análise



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO 00067/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS

1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

<b>LOTE 00079</b> – luva de latex natural p/ procedimento tam m com pó bioabsorvível, não estéril, anatômica; aprovada pelo ministério da saúde; registro anvisa; caixa dispensadora com 100 unid  <b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>	DESCARPACK	APROVADA
--	------------	----------

<b>EMPRESA:</b> F V P COELHO <b>CNPJ:</b> 26.294.192/0001-80		
Lote	Marca	Resultado da Análise
<b>LOTE 00039</b> - detergente desinfetante concentrado 05l para limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares, pisos e paredes, equipamentos e artigos médicos não críticos; a base de cloreto de didecildimetilamônio ou quaternário de amônio e biguanida. o valor da proposta será julgado proporcionalmente de acordo com a diluição do produto devendo constar na proposta uma única marca, modelo e diluição do produto em ml/l.  <b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>	INDALABOR	APROVADA

<b>EMPRESA:</b> HEALTH CARE DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COS <b>CNPJ:</b> 18.252.904/0001-70		
Lote	Marca	Resultado da Análise
<b>LOTE 00086</b> - mascara tripla tipo elástico caixa 50 unid  <b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>	HEALTH CARE	APROVADA

<b>EMPRESA:</b> HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP <b>CNPJ:</b> 10.696.551/0001- 95		
Lote	Marca	Resultado da Análise
<b>LOTE 00025</b> - capote descartavel modelo cme capote descartável, para procedimento em cme com repelência mesmo sob pressão, confeccionado em 100% polipropileno trilaminado, processo sms, com gramatura mínima de 40 g/m <sup>2</sup> , com manga longa e punho de elástico, com ribana, largura aproximada 1,20 a 1,40m com 1,50m de comprimento. o produto deverá apresentar no momento do	SNMED	APROVADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO 00067/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS

1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

certame laudo de impermeabilidade e ca mte		
<b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>		
<b>LOTE 00040</b> - detergente polienzimático, galão 5 litros detergente poli-enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares composto por no mínimo 4 enzimas. Detergente não iônico/ aniônico, PH neutro, biodegradável, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. O valor da proposta será julgado proporcionalmente de acordo com a diluição do produto devendo constar na proposta uma única marca, modelo e diluição do produto em ml/l. O produto deve ser registrado na ANVISA de acordo com a RDC nº 55 de 14 de novembro de 2012. Galão 5 litros	PROLINK	APROVADA
<b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>		

<b>EMPRESA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b> <b>CNPJ: 35.997.345/0001-46</b>		
<b>Lote</b>	<b>Marca</b>	<b>Resultado da Análise</b>
<b>LOTE 0004</b> - agulha 40x12 18g1 hipodermica descartavel corpo em aço inoxidável biselado, canhão em plástico colorido para facilitar a identificação provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente constando externamente os dados de identificação e procedência, reembalada em cx c/ 100 peças, resistentes aos processos de manuseios. fechada adequadamente capaz de manter sua integridade; procedência nacional. diametro e comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica)	DESCARPACK	APROVADA
<b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>		
<b>LOTE 00014</b> - atadura de crepom 10 cm 100 % algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm <sup>2</sup> nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm <sup>2</sup> possuindo bastante elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as ataduras de crepom utilizadas	ANÁPOLIS	APROVADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO 00067/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS

1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

<p>na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em atividades esportivas tamanhos: 10 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da saude.</p> <p><b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b></p>		
<p><b>LOTE 00063</b> - gaze hidrofila em rolo 91x91cm 400g registro na anvisa.</p> <p><b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b></p>	ANÁPOLIS	APROVADA
<p><b>LOTE 00064</b> - gelo artificial reutilizavel rigido 1000ml termo gel atóxico e não inflamável; dimensões aproximadas 27.0 cm x 12.0 cm x 4.0 cm; embalagem rígida retangular de polietileno de alta densidade; validade mínima de 36 meses</p> <p><b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b></p>	GELOTEC	APROVADA
<p><b>LOTE 00065</b> - gelo artificial reutilizavel rigido 500ml termo gel atóxico e não inflamável; dimensões aproximadas 17.0 cm x 10.0 cm x 3.7 cm; embalagem rígida retangular de polietileno de alta densidade; validade mínima de 36 meses</p> <p><b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b></p>	GELOTEC	APROVADA
<p><b>LOTE 00085</b> - mascara descartavel pff2 sem valvula semelhante ao padrão americano n95; fabricada em não-tecido; atóxica e apirogênica; 02 camadas de meltbonded – filtro protetor; camada externa de spunbonded azul, camada interna de spunbonded branco, camada intermediária de spunbonded, camada intermediária de feltro, clipe de material flexível sem memória; com tiras de elástico para apoio na nuca; embalagem individual; aprovada pelo ministério do trabalho.</p> <p><b>Justificativa: o produto apresentado não possui tiras de elástico para apoio na nuca.</b></p>	NUTRIEX	REPROVADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO 00067/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS

1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

<b>EMPRESA:</b> MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA <b>CNPJ:</b> 25.463.374/0001-74		
Lote	Marca	Resultado da Análise
<b>LOTE 000131</b> - termometro infravermelho corporal medicoes em °c precisas e sem contato corporal, ponteiro laser embutido, visor de lcd, faixa de medicaao: 35,5 ° c a 42 ° c, distancia de medicaao: 5cm8cm, funcionamento por 2 pilhas a  <b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>	HZK801	APROVADA

<b>EMPRESA:</b> PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI <b>CNPJ:</b> o 30.888.187/0001-72		
Lote	Marca	Resultado da Análise
<b>LOTE 0009</b> - alcool etilico 70º inpm (70% em peso) aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como medicamento de notificação simplificada. apresentação 1000ml. embalado conforme normas da anvisa  <b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>	SUPERVALE	APROVADA
<b>LOTE 00015</b> - atadura de crepom 15 cm 100 % algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm <sup>2</sup> nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm <sup>2</sup> possuindo bastante elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em atividades esportivas tamanhos: 15 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da saude  <b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>	ANAPOLIS	APROVADA
<b>LOTE 00016</b> - atadura de crepom 6 cm 100 % algodão cru; fios de alta torção; 8% de poliamida; trama regular com no mínimo 13 fios/cm <sup>2</sup> ; não abrasiva que confere alta resistência; com densidade de 13 fios/cm <sup>2</sup> ; possuindo	ANAPOLIS	APROVADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO 00067/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS

1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

<p>bastante elasticidade no sentido longitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos; indicação: as ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfeixamentos na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas; tamanho: 6 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada); acabamento na lateral sem desfiamento e sem fios soltos; cor natural do fio; pct c/ 12 und; com registro na anvisa/m.s.</p> <p><b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b></p>		
<p><b>LOTE 00017</b> - atadura de crepom 8 cm 100 % algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm<sup>2</sup> nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm<sup>2</sup> possuindo bastante elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em atividades esportivas tamanhos: 8 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da saude</p> <p><b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b></p>	ANAPOLIS	APROVADA
<p><b>LOTE 00034</b> - compressa de gaze hidrofila 75x75cm 13 fios/cm 100% algodao; cinco dobras e oito camadas cor branca (alvejada) macias; boa capacidade de absorção; isenta de impurezas; dobras para dentro da compressa não deixando fios soltos; registrado na anvisa; pacotes de 500unid</p> <p><b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b></p>	CLEAN	APROVADA

**EMPRESA:** PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI  
**CNPJ:** 32.708.161/0001-20

Lote	Marca	Resultado da Análise
<b>LOTE 00081</b> - luva de latex natural p/ procedimento tam pp	TALGE	APROVADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO 00067/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS

1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

com pó bioabsorvível, não estéril, anatômica; aprovada pelo ministério da saúde; registro anvisa; caixa dispensadora com 100 unid		
<b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>		

<b>EMPRESA:</b> RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI <b>CNPJ:</b> 07.144.092/0001-22		
Lote	Marca	Resultado da Análise
<b>LOTE 0003</b> - agulha 13x4,5mm hipodermica descartavel corpo em aço inoxidável biselado, canhão em plástico colorido para facilitar a identificação provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente constando externamente os dados de identificação e procedência, reembalada em cx c/ 100 peças, resistentes aos processos de manuseios; fechada adequadamente capaz de manter sua integridade. procedência nacional. diametro e comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica) <b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>	DESCARPACK	APROVADA
<b>LOTE 00018</b> - avental impermeável laminado em tnt de manga longa material: 100% polipropileno; descartável; atóxico e hipoalergenico; não estéril; cor: branco; gramatura: acima de 25 gr; com punho de látex; amarrado por tiras. <b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>	ANADONA	APROVADA
<b>LOTE 00082</b> - luva nitrilica para procedimentos tam g luva para procedimentos; sem pó; anatômica; fabricada em nitrílico; não estéril; com propriedade antimicrobiana; registro na anvisa; caixa dispensadora com 100 unidades <b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>	SUPERMAX	APROVADA
<b>LOTE 00083</b> - luva nitrilica para procedimentos tam m luva para procedimentos; sem pó; anatômica; fabricada em nitrílico; não estéril; com propriedade antimicrobiana; registro na anvisa; caixa dispensadora com 100 unidades	SUPERMAX	APROVADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO 00067/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS

1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

<b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>		
<b>LOTE 00084</b> - luva nitrilica para procedimentos tam p luva para procedimentos; sem pó; anatômica; fabricada em nitrílico; não estéril; com propriedade antimicrobiana; registro na anvisa; caixa dispensadora com 100 unidades	SUPERMAX	APROVADA
<b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>		

<b>EMPRESA:</b> SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES <b>CNPJ:</b> 28.440.217/0001-31		
<b>Lote</b>	<b>Marca</b>	<b>Resultado da Análise</b>
<b>LOTE 00078</b> - luva de latex natural p/ procedimento tam g com pó bioabsorvível, não estéril, anatômica; aprovada pelo ministério da saúde; registro anvisa; caixa dispensadora com 100 unid	MEDIX	APROVADA
<b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>		
<b>LOTE 00080</b> - luva de latex natural p/ procedimento tam p com pó bioabsorvível, não estéril, anatômica; aprovada pelo ministério da saúde; registro anvisa; caixa dispensadora com 100 unid	MEDIX	APROVADA
<b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>		

<b>EMPRESA:</b> VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA <b>CNPJ:</b> 39.323.217/0001-78		
<b>Lote</b>	<b>Marca</b>	<b>Resultado da Análise</b>
<b>LOTE 00029</b> - cateter hidrofílico masculino tamanho 10 uretral; com ponta flexível; pré lubrificado e com revestimento hidrofílico; registro na anvisa	COLOPLAST	APROVADA
<b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>		
<b>LOTE 00030</b> - cateter hidrofílico masculino tamanho 8 uretral; com ponta flexível; pré lubrificado e com revestimento hidrofílico; registro na anvisa	COLOPLAST	APROVADA
<b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO 00067/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS

1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

<b>EMPRESA:</b> VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI <b>CNPJ:</b> 23.708.186/0001-33		
Lote	Marca	Resultado da Análise
<b>LOTE 000130</b> - termometro de momento, maxima e minima digital com cabo extensor termometro digital interno e externo, funcao maxima e minima com cabo extensor de aproximadamente 1,8m; sensor com ponteira em aco inox; fabricado em plastico abs; display dividido em 2 partes para medir a escala maxima/minima/momento interna e externa com no minimo tres digitos; alarme sonoro quando ultrapassados os limites configurados programaveis; funcao °c/°f; reset; escala interna aproximada: -10°c +50°c; escala externa aproximada: -50°c a +70°c; resolucao: 0,1°c; alimentacao: pilha. certificado de calibracao com rastreabilidade rbc/inmetro.  <b>Justificativa: o produto apresentado atende a descrição do Edital.</b>	JPROLAB	APROVADA

22 de novembro de 2022, Venda Nova do Imigrante/ES

  
João Magno Guarnier  
Enfermeiro  
COREN-ES: 174939



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00067/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  
MÉDICOS**

**1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS**

**EMPRESA:** HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**CNPJ:** 35.997.345/0001-46

**LOTE 00085** - MASCARA DESCARTAVEL PFF2 SEM VALVULA semelhante ao padrão americano n95; fabricada em não-tecido; atóxica e apirogênica; 02 camadas de meltbonded – filtro protetor; camada externa de spunbonded azul, camada interna de spunbonded branco, camada intermediária de spunbonded, camada intermediária de feltro, clipe de material flexível sem memória; com tiras de elástico para apoio na nuca; embalagem individual; aprovada pelo ministério do trabalho.

**Justificativa:** o produto apresentado não possui tiras de elástico para apoio na nuca.

