

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00024/2023 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E  
ODONTOLÓGICOS DE EMENDAS PARLAMENTARES****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

<b>EMPRESA:</b> BHDENTAL COMERCIAL EIRELI <b>CNPJ:</b> 29.312.896/0001-26		
<b>Lote</b>	<b>Marca</b>	<b>Resultado da Análise</b>
<b>LOTE 00005</b> – CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL TIPO MALETA COM COMPRESSOR DE AR EMBUTIDO, ISENTO DE ÓLEO GARANTINDO A NÃO CONTAMINAÇÃO DO AR; ENCAIXES BORDEM PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E BAIXA ROTAÇÃO; TERMINAL SUGADOR DE SALIVA; TERMINAL COM SERINGA TRÍPLICE; CASE COM RODINHAS E PUXADOR; POTÊNCIA: MÍNIMO 650W; VOLTAGEM - 110 VOLTS OU BIVOLT; RESERVATÓRIO DE ÁGUA E DE RESÍDUOS; MANÔMETRO; CONTROLE DE PEDAL; CABO DE ALIMENTAÇÃO; COMPRESSOR INTEGRADO; REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.  <b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital.</b>	DENTEMED	APROVADA
<b>EMPRESA:</b> CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI <b>CNPJ:</b> 07.626.776/0001-60		
<b>Lote</b>	<b>Marca</b>	<b>Resultado da Análise</b>
<b>LOTE 0007</b> – DETECTOR FETAL DE MESA DETECTOR FETAL; TIPO DE MESA; AJUSTE MECÂNICO; VISOR DIGITAL; BOTÃO DE CONTROLE; MATERIAL GABINETE PLÁSTICO; TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO; FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM; FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ; ALIMENTAÇÃO: 110V/BIVOLT; COMPONENTES: CABO EM FORMATO ESPIRAL E TRANSDUTOR DESCONTÁVEL, C/ ALTO FALANTE, ENTRADA AUXILIAR, FONE OUVIDO, CABO DE ALIMENTAÇÃO; REGISTRO NA ANVISA; O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.  <b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital.</b>	JUMPER	APROVADA
<b>LOTE 0019</b> – REANIMADOR PULMONAR (AMBU) NEONATAL - EM SILICONE; ACIONAMENTO MANUAL; COM RESERVATÓRIO; MÁSCARA TIPO CONCHA RÍGIDA E TRANSLÚCIDA; VÁLVULA DE NÃO REINALAÇÃO; AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO PEDIÁTRICO; REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.  <b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital.</b>	COMPOWER/ XIAMEN	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00024/2023 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E  
ODONTOLÓGICOS DE EMENDAS PARLAMENTARES**

**1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

<p><b>LOTE 00020</b> - REANIMADOR PULMONAR (AMBU) PEDIATRICO - EM SILICONE; ACIONAMENTO MANUAL; COM RESERVATÓRIO; MÁSCARA TIPO CONCHA RÍGIDA E TRANSLÚCIDA; VÁLVULA DE NÃO REINALAÇÃO; AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO PEDIÁTRICO; REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p> <p><b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital.</b></p>	COMPOWER/ XIAMEN	APROVADA
<p><b>LOTE 00021</b> - REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, RESERVATÓRIO COM 2500ML, MÁSCARA TIPO CONCHA, RÍGIDA E TRANSLÚCIDA, VÁLVULA DE NÃO REINALAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO.</p> <p><b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital.</b></p>	COMPOWER/ XIAMEN	APROVADA

<p><b>EMPRESA:</b> CMED DISTRIBUIDORA LTDA <b>CNPJ:</b> 20.444.829/0001-90</p>		
<b>Lote</b>	<b>Marca</b>	<b>Resultado da Análise</b>
<p><b>LOTE 00003</b> - BIOMBO ODONTOLOGICO PLUMBIFERO RETO, COM PROTEÇÃO DE CHUMBO; ESPESSURA DE 1MM; CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA DE AÇO OU ALUMÍNIO; MEDIDAS MÍNIMAS DA ÁREA DE PROTEÇÃO: 50X50CM; ALTURA REGULÁVEL; MONTADO SOBRE RODÍZIOS; FATOR DE RESFRIAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p><b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital.</b></p>	UNEMOL	APROVADA
<p><b>LOTE 00010</b> - ESTADIOMETRO VERTICAL ADULTO DE PAREDE MATERIAL DE CONFEÇÃO: ALUMÍNIO; FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 220CM; FIXO À PAREDE; COM PAQUÍMETRO DESLIZADOR; GRADUAÇÃO EM MM; INCLUSO MATERIAL PARA FIXAÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p> <p><b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital.</b></p>	FITMETRIA	APROVADA

<p><b>EMPRESA:</b> D&amp;D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA <b>CNPJ:</b> 07.994.516/0001-48</p>		
<b>Lote</b>	<b>Marca</b>	<b>Resultado da Análise</b>
<p><b>LOTE 00014</b> - MESA DE EXAMES CLINICA PEDIATRICA COM ARMARIO E GAVETAS TIPO BALCÃO; COM ESPAÇO PARA</p>	HOSPITALARE D3JF	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00024/2023 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E  
ODONTOLÓGICOS DE EMENDAS PARLAMENTARES**

**1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

<p>BALANÇA PEDIÁTRICA; GABINETE/ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 15MM DE ESPESSURA, DUPLA FACE, NA COR BRANCA, NO MÍNIMO DUAS PORTAS E TRÊS GAVETAS COM PUXADORES; LEITO: ACOLCHOADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM COURVIN NA COR BRANCA, AZUL CLARA OU VERDE CLARA; DIMENSÕES TOTAIS MÍNIMAS: 1,60 X 0,55 X 0,80 M; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p> <p><b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital.</b></p>		
<p><b>LOTE 00015</b> - MESA GINECOLOGICA SIMPLES MODELO STANDARD; ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; COM GAVETA EM INOX PARA ESCOAMENTO; LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM COURVIN E ESPUMA DE ALTA RESISTÊNCIA; ACOMPANHA PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO E HASTE EM AÇO CROMADO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80M COMP. X 0,53M LARGURA X 0,86M DE ALTURA; REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.</p> <p><b>OBS: DEVERÁ VIR COM GAVETAS, CONFORME SOLICITADO NA DESCRIÇÃO.</b></p> <p><b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital.</b></p>	<p>HOSPITALARE D3JF</p>	<p>APROVADA</p>

<p><b>EMPRESA:</b> INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA <b>CNPJ:</b> 78.589.504/0001-86</p>		
Lote	Marca	Resultado da Análise
<p><b>LOTE 00004</b> - CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS 280 A 300 LITROS CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS 280 A 300 LITROS CAPACIDADE/PORTA: DE 280 A 300 LITROS; 4 A 5 GAVETAS OU PRATELEIRAS; MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO): AÇO INOXIDÁVEL 304; TEMPERATURA: ENTRE +2°C E +8°C; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, CONTRA PORTA; DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL; SENSORES INTERNOS; PORTA DE VIDRO; ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA</p>	<p>INDREL</p>	<p>APROVADA</p>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00024/2023 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E  
ODONTOLÓGICOS DE EMENDAS PARLAMENTARES**

**1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

<p>ÚTIL COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL; SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/NO BREAK); SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS PARA AUTONOMIA DE ATÉ 36 HORAS NA FALTA DE ENERGIA; 110V/BIVOLT E COM SISTEMA DE DISCADORA DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA PARA NÚMEROS PRÉ-PROGRAMADOS EM CASO DE VARIAÇÃO DA TEMPERATURA OU FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS/MANUTENÇÃO CORRETIVA DURANTE A VIGÊNCIA DA GARANTIA.</p> <p><b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital.</b></p>		
--	--	--

<p><b>EMPRESA: J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP   CNPJ: 84.972.926/0001-39</b></p>		
Lote	Marca	Resultado da Análise
<p><b>LOTE 00013</b> - LANTERNA DE LED MODELO CLINICO - EMENDA PARLAMENTAR - CONFECCIONADA EM DURO ALUMÍNIO; DIMENSÕES APROXIMADAS 14CM X 1,5CM; ILUMINAÇÃO DE LED COM POTÊNCIA; MÍNIMA DE 120 LÚMENS; LÂMPADA DE LED COM VIDA ÚTIL APROXIMADA DE 10.000 HORAS; ALTA LUMINOSIDADE; ALIMENTAÇÃO: DUAS PILHAS TIPO PALITO (AAA) INCLUSAS; COM CHAVE LIGA/DESLIGA; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p> <p><b>OBS: DEVERÁ CONTER GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, CONFORME SOLICITADO EM EDITAL.</b></p> <p><b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital</b></p>	<p>BIOLAND</p>	<p>APROVADA</p>
<p><b>LOTE 00022</b> - SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA HORIZONTAL; PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO; DEVERÁ POSSUIR PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE DE TEMPERATURA DA SELAGEM E DE VELOCIDADE DA ESTEIRA; DEVERÁ SER DE USO SIMPLES, PODENDO SER OPERADA POR APENAS UMA PESSOA; DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE RESFRIAMENTO INTERNO EFICIENTE, AJUSTES DE VELOCIDADE E DE TEMPERATURA DA SELAGEM DE 0 A 300°C, PODENDO SER UTILIZADA PARA VÁRIAS ESPESSURAS DE EMBALAGENS; COM DATADOR E BOTÃO DE</p>	<p>CRISTOFOLI</p>	<p>APROVADA</p>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00024/2023 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E  
ODONTOLÓGICOS DE EMENDAS PARLAMENTARES****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

EMERGÊNCIA; VOLTAGEM 110/BIVOLT; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.		
<b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital</b>		

<b>EMPRESA:</b> LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI <b>CNPJ:</b> 42.650.279/0001-07		
<b>Lote</b>	<b>Marca</b>	<b>Resultado da Análise</b>
<b>LOTE 0008</b> - ELETROCARDIOGRAFO COM 12 CANAIS ELETROCARDIOGRAFO COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO INTEGRADA AO EQUIPAMENTO, PARA PAPEL TERMO-REATIVO NO FORMATO A4; MÚLTIPLOS FORMATOS DE IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS E TODAS CONFIGURÁVEIS PAR MELHOR LEGIBILIDADE GRÁFICA; ALIMENTAÇÃO AC 100 A 240V AUTOMÁTICO E ATRAVÉS D BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA APROXIMADA PARA 100 EXAMES; EQUIPAMENTO DEVE SER COMPACTO E DE FÁCIL MANUSEIO; TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO DA SENSIBILIDADE, VELOCIDADE, FILTROS FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORMAS DE IMPRESSÃO E DERIVAÇÕES; TECLADO DE MEMBRANA ALFA NUMÉRICO PARA ACESSO RÁPIDO DAS FUNÇÕES E ENTRADA DAS INFORMAÇÕES DO PACIENTE COMO NOME, IDADE, SEXO, ALTURA, PESO; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DEFIBRILADOR; DETECÇÃO DE ELETRODO SOLTO; SOFTWARE INTERNO DE INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DO ECG NA LÍNGUA PORTUGUESA E MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, INTERVALO PR, DURAÇÃO DO QRS QT/QTC, EIXOS P-R-T; PORTA RS232 E PARA COMUNICAÇÃO COM PC E LAN E POSSIBILITAR OS REGISTROS DE ECG VIA FAX; PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DOS EXAMES NO COMPUTADOR; DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO; 1 CABO PACIENTE DE 10 VIAS; 4 ELETRODOS DE MEMBROS TIPO CLIPE; 6 ELETRODOS PRECORDIAIS DE SUCCÃO; 1 TUBO DE GEL PARA ELETRODOS; 1 ROLO DE PAPEL TERMO-REATIVO; 6 ELETRODOS PRECORDIAIS COM PÊRA ISENTA DE LÁTEX; SOFTWARE EM PORTUGUÊS E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; DEVE APRESENTAR REGISTRO ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	COMEN CM1200B	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00024/2023 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E  
ODONTOLÓGICOS DE EMENDAS PARLAMENTARES****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

<b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital.</b>		
<b>LOTE 0009</b> - ESFIGMOMANOMETRO TAM ADULTO - EMENDA PARLAMENTAR - CONFECCIONADO EM TECIDO EM ALGODÃO COM BRAÇADEIRA; FECHO EM VELCRO; REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PREMIUM	APROVADA
<b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital</b>		
<b>LOTE 00011</b> - ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO EMENDA PARLAMENTAR - ESTETOSCÓPIO PARA PACIENTE ADULTO; COM AUSCULTADOR EM AÇO INOX(MATERIAL LEVE E RESISTENTE); ACABAMENTO ESCOVADO; HASTES AJUSTÁVEIS PARA OBTER A TENSÃO DESEJADA; COM ÂNGULO DE 15° PERMITE MELHOR ERGONOMIA; DIAFRAGMA E ANEL NÃO FRIO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE; DEVE APRESENTAR REGISTRO ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PREMIUM	APROVADA
<b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital</b>		

<b>EMPRESA:</b> MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA   <b>CNPJ:</b> 10.460.674/0001-22		
<b>Lote</b>	<b>Marca</b>	<b>Resultado da Análise</b>
<b>LOTE 0002</b> - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS). CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LITROS E MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; 127V; REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	DIGITALE /BS EQUIPAMENTO S	APROVADA
<b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital</b>		

<b>EMPRESA:</b> NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA <b>CNPJ:</b> 237.182.085/0001-86		
<b>Lote</b>	<b>Marca</b>	<b>Resultado da Análise</b>
<b>LOTE 0006</b> - DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN 5 LITROS/HORA EM AÇO INOX; CONSUMO APROXIMADO: 50 LITROS/HORA; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA TUBULAR DE NO MÍNIMO 3500 W BLINDADA EM AÇO INOX; CONTROLE DE NÍVEL; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE FALTA DE ÁGUA; COLETOR DE VAPORES E PARTES	KONDERTEC	REPROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00024/2023 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E  
ODONTOLÓGICOS DE EMENDAS PARLAMENTARES**

**1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

<p>QUE TEM CONTATO COM A ÁGUA JÁ DESTILADA; SUPORTE PAR FIXAÇÃO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 3500 W; ALIMENTAÇÃO EM REDE DE 110V/BIVOLT; CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DUPLA ISOLAÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p><b>Justificativa: o produto não tem capacidade mínima de destilação de 5l/h, conforme solicitado nas especificações do edital.</b></p>		
--	--	--

<p><b>EMPRESA:</b> PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI <b>CNPJ:</b> 28.877.319/0001-19</p>		
Lote	Marca	Resultado da Análise
<p><b>LOTE 0001</b> - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SEM FIO BIVOLT, AUTOMÁTICO 127- 240 V (50-60HZ); LEVE E ANATÔMICO; COM LED DE EMISSÃO CONTINUA, COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 470NM (VARIAÇÃO ATÉ +/- 25NM), E POTÊNCIA LUMINOSA DE NO MÍNIMO 500 MW, ÁREA DE FEIXE DE LUZ ACIMA DE 7MM; COMPATÍVEL COM TODAS AS RESINAS FOTO POLIMERIZÁVEIS EXISTENTES NO MERCADO; TIMER COM INTERVALOS PROGRAMÁVEIS E BIP SONORO INDICATIVO DOS TEMPOS PARCIAIS; CIRCUITO ELETRÔNICO ESTABILIZADO E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO; CORPO DE APARELHO EM SUPERFÍCIE LISA E RESISTENTE; PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ EM ACRÍLICO, COM ANGULAÇÃO DE 45° E PROTETOR DE LUZ ACOPLADO, AMBOS PASSÍVEIS DE DESINFECÇÃO QUÍMICA; TIPO: LED, SEM FIO, SEM RADIÔMETRO; REGISTRO NA ANVISA; O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.</p> <p><b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital.</b></p>	<p>KONDENTECH LED6</p>	<p>APROVADA</p>
<p><b>LOTE 00023</b> - ULTRASSOM ODONTOLOGICO COM CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL E JATO DE BICARBONATO INTEGRADO; DEVERÁ TER 03 TIPS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO - 02 PERIO SUB E 01 PERIO SUPRA - E 02 CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS CONTENDO UM ANEL DE BORRACHA RESISTENTE, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO, TODOS ESTERELIZÁVEIS EM AUTOCLAVE; A CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA COM REGULAGEM EM SETE ESTÁGIOS E CHAVE DE REGULAGEM EM TRÊS NÍVEIS DO VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO</p>	<p>KONDENTECH Ultrassom + Jato de Bicarbonato</p>	<p>APROVADA</p>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00024/2023 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E  
ODONTOLÓGICOS DE EMENDAS PARLAMENTARES****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA; TENSÃO DE 110V OU BIVOLT.		
<b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital.</b>		

<b>EMPRESA: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI</b> <b>CNPJ: 34.849.278/0001-50</b>		
<b>Lote</b>	<b>Marca</b>	<b>Resultado da Análise</b>
<b>LOTE 00017</b> - MOCHO ODONTOLOGICO MATERIAL DE CONFEÇÃO EM AÇO CARBONO, COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS; COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO COM ESPUMA ESPESSA, REVESTIDA EM LAMINADO EM PVC, DE FÁCIL ASSEPSIA.  <b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital.</b>	CAMEL	APROVADA
<b>LOTE 00024</b> - OTOSCOPIO DE SISTEMA ABERTO OTOSCÓPIO CIRÚRGICO COM ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA HALOGÊNA DE NO MÍNIMO 2.5V; COMPOSTO DE FIBRA OPTICA GARANTINDO A TRANSMISSÃO DE LUZ FRIA; LENTE COM AUMENTO MÍNIMO DE 4,0 VEZES E REMOVÍVEL PARA PERMITIR INSTRUMENTAÇÃO; LENTES E ESPÉCULOS GIRATÓRIOS; SISTEMA ABERTO PARA FACILITAR OS PROCEDIMENTOS; DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO 05 ESPÉCULOS AURICULARES DE TAMANHOS VARIADO (2,3,4,5 E 9MM) E 01 CABO RECARREGÁVEL; DEVE CONTROLE DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS TIPO C; ACOMPANHA ESTOJO MACIO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.  <b>Justificativa: o produto apresentado não possui aumento mínimo de 04 vezes, incompatível com o solicitado nas especificações do edital.</b>	RIESTER	REPROVADA

12 de Abril de 2023, Venda Nova do Imigrante/ES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00024/2023 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E  
ODONTOLÓGICOS DE EMENDAS PARLAMENTARES**

**1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

---

**João Magno Guarnier**  
Enfermeiro  
COREN-ES: 174939