

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00024/2023 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E
ODONTOLÓGICOS DE EMENDAS PARLAMENTARES****3º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

EMPRESA: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA CNPJ: 68.886.605/0001-65		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0006 - DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN 5 LITROS/HORA EM AÇO INOX; CONSUMO APROXIMADO: 50 LITROS/HORA; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA TUBULAR DE NO MÍNIMO 3500 W BLINDADA EM AÇO INOX; CONTROLE DE NÍVEL; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE FALTA DE ÁGUA; COLETOR DE VAPORES E PARTES QUE TEM CONTATO COM A ÁGUA JÁ DESTILADA; SUPORTE PAR FIXAÇÃO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 3500 W; ALIMENTAÇÃO EM REDE DE 110V/BIVOLT; CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DUPLA ISOLAÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Justificativa: o produto apresentado atende as especificações do edital.	MARTE 5L	APROVADA

EMPRESA: J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP CNPJ: 84.972.926/0001-39		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 00024 - OTOSCOPIO DE SISTEMA ABERTO OTOSCÓPIO CIRÚRGICO COM ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA HALOGÊNA DE NO MÍNIMO 2.5V; COMPOSTO DE FIBRA OPTICA GARANTINDO A TRANSMISSÃO DE LUZ FRIA; LENTE COM AUMENTO MÍNIMO DE 4,0 VEZES E REMOVÍVEL PARA PERMITIR INSTRUMENTAÇÃO; LENTES E ESPÉCULOS GIRATÓRIOS; SISTEMA ABERTO PARA FACILITAR OS PROCEDIMENTOS; DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO 05 ESPÉCULOS AURICULARES DE TAMANHOS VARIADO (2,3,4,5 E 9MM) E 01 CABO RECARREGÁVEL; DEVE CONTROLE DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS TIPO C; ACOMPANHA ESTOJO MACIO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. Justificativa: o produto apresentado atende as especificações do edital.	MD MARK2	APROVADA

18 de Abril de 2023, Venda Nova do Imigrante/ES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00024/2023 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E
ODONTOLÓGICOS DE EMENDAS PARLAMENTARES**

3º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS

João Magno Guarnier
Enfermeiro
COREN-ES: 174939