



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000024/2023

Processo: 000885/2023

Abertura: 24/03/2023 09:00

Expedição: 10/03/2023

ANEXO I - (LOTES)

| Lote | | | | | | | |
|-------------------|----------|---|---------|------------|----------------------------|----------|-------------|
| LOTE 01 | | | | | | | |
| Item(*) | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Unitário | Valor Total |
| 00001 | 00041421 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SEM FIO - Bivolt, automático 127-240 v (50-60hz); leve e anatômico; com led de emissão contínua, com comprimento de onda de 470nm (variação até +/- 25nm), e potência luminosa de no mínimo 500 mw, área de feixe de luz acima de 7mm; compatível com todas as resinas foto polimerizáveis existentes no mercado; Timer com intervalos programáveis e bip sonoro indicativo dos tempos parciais; Circuito eletrônico estabilizado e sistema de proteção contra superaquecimento; Corpo de aparelho em superfície lisa e resistente; ponteira condutora de luz em acrílico, com angulação de 45° e protetor de luz acoplado, ambos passíveis de desinfecção química; Tipo: led, sem fio, sem radiômetro; Registro na ANVISA; O equipamento deverá ter garantia de no mínimo 1 ano. | UND | 1,0 | | | |
| Quantidade | | | | 1,0 | Valor Total do Lote | | |
| Lote | | | | | | | |
| LOTE 02 | | | | | | | |
| Item(*) | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Unitário | Valor Total |
| 00002 | 00035215 | AUTOCLAVE HORIZONTAL - DE MESA (ATÉ 75 LITROS). CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LITROS E MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; 127V; REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. | UND | 1,0 | | | |
| Quantidade | | | | 1,0 | Valor Total do Lote | | |
| Lote | | | | | | | |
| LOTE 03 | | | | | | | |
| Item(*) | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Unitário | Valor Total |
| 00003 | 00041419 | BIOMBO ODONTOLOGICO PLUMBIFERO - Reto, com proteção de chumbo; espessura de 1mm; construído em estrutura de aço ou alumínio; medidas mínimas da área de proteção: 50x50cm; altura regulável; montado sobre rodízios; Fator de resfriamento; Garantia mínima de 12 meses. | UND | 3,0 | | | |
| Quantidade | | | | 3,0 | Valor Total do Lote | | |
| Lote | | | | | | | |
| LOTE 04 | | | | | | | |
| Item(*) | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Unitário | Valor Total |
| 00004 | 00041422 | CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS 280 A 300 LITROS - CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS 280 A 300 LITROScapacidade/porta: de 280 a 300 litros; 4 a 5 gavetas ou prateleiras; material de confecção (gabinete interno): aço inoxidável 304; temperatura: entre +2°C e +8°C; refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, contra porta; degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional; sensores internos; porta de vidro; iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal; sistema de emergência (bateria/no break); sistema de | UND | 1,0 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000024/2023

Processo: 000885/2023

Abertura: 24/03/2023 09:00

Expedição: 10/03/2023

ANEXO I - (LOTES)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | registro de dados para autonomia de até 36 horas na falta de energia; 110v/bivolt e com sistema de discadora de telefone de emergência para números pré-programados em caso de variação da temperatura ou falta de energia elétrica; manual do proprietário em Português; registro na ANVISA; garantia mínima de 01 ano com assistência técnica para correção de defeitos/manutenção corretiva durante a vigência da garantia. | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Quantidade

1,0

Valor Total do Lote

Lote **LOTE 05**

| Item(*) | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Unitário | Valor Total |
|---------|----------|--|---------|------------|--------------|----------|-------------|
| 00005 | 00041417 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL - tipo maleta com Compressor de ar embutido, isento de óleo garantindo a não contaminação do ar; Encaixes Bordem para caneta de Alta Rotação e Baixa Rotação; Terminal Sugador de saliva; Terminal com Seringa Tríplice; Case com rodinhas e puxador; Potência: mínimo 650w; Voltagem - 110 Volts ou bivolt; Reservatório de água e de resíduos; Manômetro; Controle de pedal; Cabo de alimentação; Compressor integrado; Registro na ANVISA; Garantia mínima de 12 meses. | UND | 1,0 | | | |

Quantidade

1,0

Valor Total do Lote

Lote **LOTE 06**

| Item(*) | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Unitário | Valor Total |
|---------|----------|---|---------|------------|--------------|----------|-------------|
| 00006 | 00041418 | DESTILADOR DE AGUA - Tipo Pilsen 5 litros/hora em aço inox; consumo aproximado: 50 litros/hora; Aquecimento através de resistência tubular de no mínimo 3500 W blindada em aço inox; Controle de nível; Desligamento automático em caso de falta de água; Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada; Suporte par fixação em aço com tratamento anticorrosivo; Potência mínima de 3500 W; Alimentação em rede de 110V/bivolt; Cabo de alimentação com dupla isolamento; Garantia mínima de 12 meses. | UND | 3,0 | | | |

Quantidade

3,0

Valor Total do Lote

Lote **LOTE 07**

| Item(*) | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Unitário | Valor Total |
|---------|----------|---|---------|------------|--------------|----------|-------------|
| 00007 | 00041420 | DETECTOR FETAL DE MESA - Detector fetal; tipo de mesa; ajuste mecânico; visor digital; botão de controle; material gabinete plástico; tipo de análise ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão; faixa medição bcf até cerca 200 bpm; frequência até cerca 2,2 mhz; alimentação: 110v/bivolt; componentes: Cabo em formato espiral e transdutor descontável, c/ alto falante, entrada auxiliar, fone ouvido, cabo de alimentação; registro na Anvisa; O equipamento deverá ter garantia de no mínimo 1 ano. | UND | 8,0 | | | |

Quantidade

8,0

Valor Total do Lote

Lote **LOTE 08**

| Item(*) | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Unitário | Valor Total |
|---------|--------|---------------|---------|------------|--------------|----------|-------------|
|---------|--------|---------------|---------|------------|--------------|----------|-------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000024/2023

Processo: 000885/2023

Abertura: 24/03/2023 09:00

Expedição: 10/03/2023

ANEXO I - (LOTES)

| 00008 | 00037056 | ELETROCARDIOGRAFO COM 12 CANAIS - Eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12 derivações; Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo-reativo no formato A4; Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis par melhor legibilidade gráfica; Alimentação AC 100 a 240V automático e através d bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames; Equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio; Tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros frequência cardíaca, formas de impressão e derivações; Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso; Circuito de proteção contra desfibrilador; Detecção de eletrodo solto; Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T; Porta RS232 e para comunicação com PC e LAN e possibilitar os registros de ECG via fax; Permitir a visualização dos exames no computador; Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de sucção; 1 tubo de gel para eletrodos; 1 rolo de papel termo-reativo; 6 eletrodos precordiais com përa isenta de látex; software em português e manual de instruções em português; Deve apresentar Registro ANVISA; Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. | UND | 6,0 | | | |
|---------------------|----------|---|-------------------|------------|----------------------------|----------|-------------|
| | | | Quantidade | 6,0 | Valor Total do Lote | | |
| Lote LOTE 09 | | | | | | | |
| Item(*) | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Unitário | Valor Total |
| 00009 | 00041870 | ESFIGMOMANOMETRO TAM ADULTO - EMENDA PARLAMENTAR - - Confeccionado em tecido em algodão com braçadeira; fecho em velcro; registro na anvisa; Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. | UND | 6,0 | | | |
| | | | Quantidade | 6,0 | Valor Total do Lote | | |
| Lote LOTE 10 | | | | | | | |
| Item(*) | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Unitário | Valor Total |
| 00010 | 00040715 | ESTADIOMETRO VERTICAL ADULTO DE PAREDE - Material de confecção: alumínio; Faixa de medição: 0 a 220cm; fixo à parede; com paquímetro deslizador; graduação em mm; incluso material para fixação; Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação | UND | 8,0 | | | |
| | | | Quantidade | 8,0 | Valor Total do Lote | | |
| Lote LOTE 11 | | | | | | | |
| Item(*) | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Unitário | Valor Total |
| 00011 | 00041871 | ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO – EMENDA PARLAMENTAR - - Estetoscópio para paciente | UND | 9,0 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000024/2023

Processo: 000885/2023

Abertura: 24/03/2023 09:00

Expedição: 10/03/2023

ANEXO I - (LOTES)

| | | adulto; Com auscultador em aço inox (material leve e resistente); Acabamento escovado; Hastes ajustáveis para obter a tensão desejada; Com ângulo de 15° permite melhor ergonomia; Diafragma e anel não frio proporcionando maior conforto ao paciente; Deve apresentar Registro ANVISA; Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. | | | | | |
|-------------------|----------|--|---------|-------------|----------------------------|----------|-------------|
| Quantidade | | | | 9,0 | Valor Total do Lote | | |
| Lote | | LOTE 12 | | | | | |
| Item(*) | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Unitário | Valor Total |
| 00012 | 00041786 | FILTRO DE OSMOSE REVERSA COM DEIONIZADOR E RESERVATORIO - Automatizado para ativação e desativação; contendo no mínimo: uma membrana de polipropileno, uma de carvão ativado, uma de osmose reversa e uma de resina mista, essencial para deionização; 127/bivolt; com reservatório pressurizado de no mínimo 17 litros; produção de água aproximada de 16l/h; acompanha refis, mangueiras e kit para montagem; manual do usuário; registro no inmetro; garantia de no mínimo 01 ano. | UND | 1,0 | | | |
| Quantidade | | | | 1,0 | Valor Total do Lote | | |
| Lote | | LOTE 13 | | | | | |
| Item(*) | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Unitário | Valor Total |
| 00013 | 00041869 | LANTERNA DE LED MODELO CLINICO - EMENDA PARLAMENTAR - - Confeccionada em duro alumínio; dimensões aproximadas 14cm x 1,5cm; iluminação de led com potência; mínima de 120 Lúmens; lâmpada de led com vida útil aproximada de 10.000 horas; alta luminosidade; alimentação: duas pilhas tipo palito (AAA) inclusas; com chave liga/desliga; Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. | UND | 21,0 | | | |
| Quantidade | | | | 21,0 | Valor Total do Lote | | |
| Lote | | LOTE 14 | | | | | |
| Item(*) | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Unitário | Valor Total |
| 00014 | 00041719 | MESA DE EXAMES CLINICA PEDIATRICA COM ARMARIO E GAVETAS - Tipo balcão; com espaço para balança pediátrica; gabinete/armário confeccionado em madeira mdf com 15mm de espessura, dupla face, na cor branca, no mínimo duas portas e três gavetas com puxadores; leito: acolchoado com espuma de alta densidade, revestido em courvin na cor branca, azul clara ou verde clara; dimensões totais mínimas: 1,60 x 0,55 x 0,80 m; garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. | UND | 2,0 | | | |
| Quantidade | | | | 2,0 | Valor Total do Lote | | |
| Lote | | LOTE 15 | | | | | |
| Item(*) | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Unitário | Valor Total |
| 00015 | 00041424 | MESA GINECOLOGICA SIMPLES - Modelo standard; estrutura tubular em aço com pintura epóxi na cor | UND | 1,0 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000024/2023

Processo: 000885/2023

Abertura: 24/03/2023 09:00

Expedição: 10/03/2023

ANEXO I - (LOTES)

| | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|------------|----------------------------|--|--|
| | | branca, tratamento antiferruginoso; com gaveta em inox para escoamento; leito fixo totalmente estofado em courvin e espuma de alta resistência; acompanha par de porta-coxa estofado e haste em aço cromado; dimensões aproximadas: 1,80m comp. x 0,53m largura x 0,86m de altura; registro na anvisa; garantia mínima de 01 ano. | | | | | |
| Quantidade | | | | 1,0 | Valor Total do Lote | | |

Lote LOTE 16

| Item(*) | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Unitário | Valor Total |
|-------------------|----------|---|---------|------------|----------------------------|----------|-------------|
| 00016 | 00038238 | MESA PARA IMPRESSORA - ESTRUTURA EM ACO/FERRO PINTADO, DIMENSOES MINIMO DE 50 X 40 X 70 CM, TAMPO MADEIRA/MDP/MDF | UND | 2,0 | | | |
| Quantidade | | | | 2,0 | Valor Total do Lote | | |

Lote LOTE 17

| Item(*) | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Unitário | Valor Total |
|-------------------|----------|--|---------|------------|----------------------------|----------|-------------|
| 00017 | 00037052 | MOCHO ODONTOLOGICO - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO CARBONO, COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS ; COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO COM ESPUMA ESPESSA, REVESTIDA EM LAMINADO EM PVC, DE FÁCIL ASSEPSIA | UND | 5,0 | | | |
| Quantidade | | | | 5,0 | Valor Total do Lote | | |

Lote LOTE 19

| Item(*) | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Unitário | Valor Total |
|-------------------|----------|--|---------|------------|----------------------------|----------|-------------|
| 00019 | 00041873 | REANIMADOR PULMONAR (AMBU) NEONATAL - - Em silicone; acionamento manual; com reservatório; máscara tipo concha rígida e translúcida; válvula de não reinalação; autoclavável, tamanho pediátrico; registro na ANVISA; Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. | UND | 8,0 | | | |
| Quantidade | | | | 8,0 | Valor Total do Lote | | |

Lote LOTE 20

| Item(*) | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Unitário | Valor Total |
|-------------------|----------|--|---------|------------|----------------------------|----------|-------------|
| 00020 | 00041872 | REANIMADOR PULMONAR (AMBU) PEDIATRICO - - Em silicone; acionamento manual; com reservatório; máscara tipo concha rígida e translúcida; válvula de não reinalação; autoclavável, tamanho pediátrico; registro na ANVISA; Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. | UND | 8,0 | | | |
| Quantidade | | | | 8,0 | Valor Total do Lote | | |

Lote LOTE 21

| Item(*) | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Unitário | Valor Total |
|---------|----------|--|---------|------------|--------------|----------|-------------|
| 00021 | 00035200 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, RESERVATÓRIO COM 2500ML, MÁSCARA TIPO | UND | 8,0 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000024/2023

Processo: 000885/2023

Abertura: 24/03/2023 09:00

Expedição: 10/03/2023

ANEXO I - (LOTES)

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|------------|----------------------------|--|--|
| | | CONCHA, RÍGIDA E TRANSLÚCIDA, VÁLVULA DE NÃO REINALAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO. | | | | | |
| | | | Quantidade | 8,0 | Valor Total do Lote | | |

Lote **LOTE 22**

| Item(*) | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Unitário | Valor Total |
|---------|----------|--|-------------------|------------|----------------------------|----------|-------------|
| 00022 | 00041423 | SELADORA AUTOMÁTICA - Contínua horizontal; para selagem de papel grau cirúrgico; Deverá possuir painel de controle com ajuste de temperatura da selagem e de velocidade da esteira; Deverá ser de uso simples, podendo ser operada por apenas uma pessoa; Deverá possuir sistema de resfriamento interno eficiente, ajustes de velocidade e de temperatura da selagem de 0 a 300°C, podendo ser utilizada para várias espessuras de embalagens; com datador e botão de emergência; Voltagem 110/bivolt; garantia mínima de 01 ano. | UND | 1,0 | | | |
| | | | Quantidade | 1,0 | Valor Total do Lote | | |

Lote **LOTE 23**

| Item(*) | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Unitário | Valor Total |
|---------|----------|--|-------------------|------------|----------------------------|----------|-------------|
| 00023 | 00026587 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - COM CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL E JATO DE BICARBONATO INTEGRADO; DEVERÁ TER 03 TIPS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO - 02 PERIO SUB E 01 PERIO SUPRA - E 02 CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS CONTENDO UM ANEL DE BORRACHA RESISTENTE, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO, TODOS ESTERELIZÁVEIS EM AUTOCLAVE; A CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA COM REGULAGEM EM SETE ESTÁGIOS E CHAVE DE REGULAGEM EM TRÊS NÍVEIS DO VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA; TENSÃO DE 110V OU BIVOLT | UND | 1,0 | | | |
| | | | Quantidade | 1,0 | Valor Total do Lote | | |

Lote **LOTE 24**

| Item(*) | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Unitário | Valor Total |
|---------|----------|--|-------------------|------------|----------------------------|----------|-------------|
| 00018 | 00040711 | OTOSCOPIO DE SISTEMA ABERTO - Otoscópio cirúrgico com iluminação por lâmpada halógena de no mínimo 2.5V; composto de fibra óptica garantindo a transmissão de luz fria; Lente com aumento mínimo de 4,0 vezes e removível para permitir instrumentação; lentes e espéculos giratórios; Sistema aberto para facilitar os procedimentos; Deve acompanhar no mínimo 05 espéculos auriculares de tamanhos variado (2,3,4,5 e 9mm) e 01 cabo recarregável; Deve controle de intensidade de iluminação; Alimentação por pilhas tipo "C"; acompanha estojo macio para acondicionamento e transporte; garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. | UND | 1,0 | | | |
| | | | Quantidade | 1,0 | Valor Total do Lote | | |

Valor Total Geral