



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000046/2023

Processo: 001531/2023

Abertura: 31/05/2023 09:00

Expedição: 17/05/2023

ANEXO I - (LOTES)

Lote		LANCETA PARA TESTE DEGLICEMIA CAPILAR 28G					
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00001	00038597	LANCETA PARA TESTE DEGLICEMIA CAPILAR 28G - Deve atender a NR 32, deve apresentar trava de segurança para impedir a reutilização.	UND	50.000,0			
Quantidade				50.000,0	Valor Total do Lote		
Lote		TIRA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR					
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00002	00041907	TIRA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR - - Aplicação: determinação quantitativa de glicemia, amostra de sangue capilar fresco, venoso, arterial e neonatal. Uso em monitor de glicemia compatível; faixa de medição de 10~20 a 500~600mg/dl; Metodologia de leitura amperométrica ou fotométrica por enzima Glicose Desidrogenase (para minimizar a ação de substâncias interferentes); faixa de hematócrito de 20% a 65% (comprovada por meio de bula do produto), para medições seguras em neonatos, gestantes, etilistas crônicos, anêmicos, tabagistas, pacientes oncológicos, dentre outros. Não interferência com substâncias analgésicas, antitérmicas e drogas vasoativas. Sistema autocodificado (que dispense o uso de chip, tira código ou botão calibrador). Embalagem individual ou em frasco (contendo 50 ou 100 unidades), desde que seja garantida a validade do produto depois de aberto (conforme informações contidas na embalagem original do produto). Capacidade de memória mínima para 300 resultados, a fim de manter os registros dos pacientes para melhor conduta terapêutica. Rotulagem deve conter número do lote e data de validade presentes nas embalagens originais; Características adicionais: garantia de fornecimento de um glicosímetro em regime de comodato e bateria para cada 600 tiras, profissional de saúde responsável por treinamento e capacitação no uso do equipamento e manuseio das tiras reagentes. Registro ANVISA, Laudo de Comprovação de Acuracidade conforme Exigência ISO 15197/2013. Caso a marca ganhadora seja divergente da que o município utiliza, a mesma deverá garantir a entrega de forma imediata de 250 glicosímetros, para substituir os aparelhos já em uso pelos pacientes diabéticos. Sempre que houver problemas no funcionamento, os aparelhos deverão ser substituídos enquanto houver tiras disponíveis em estoque. A empresa vencedora deverá se responsabilizar por toda a logística de troca dos glicosímetros junto aos municípios.	UND	170.000,0			
Quantidade				170.000,0	Valor Total do Lote		
Valor Total Geral							