

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO 00054/2023 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
COM AMOSTRA/PROSPECTO

2º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DAS AMOSTRAS/PROSPECTOS

EMPRESA: F V P COELHO CNPJ: 26.294.192/0001-80		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0002 – AFASTADOR LABIAL ADULTO INDICADO PARA AFASTAR A MUCOSA LABIAL E DA BOCHECHA PARA A COLAGEM DE BRACKETS, PROFILAXIA, FOTOGRAFIAS INTRA-ORAIS, APLICAÇÃO DE FLÚOR E RESTAURAÇÕES ADESIVAS. ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA, FABRICADO EM MATERIAL FREXÍVEL. NÃO É AUTOCLAVÁVEL. MEDIDAS MÍNIMAS 4,1 X 13,5 X 9,4CM 3 Justificativa: o produto atende às especificações do edital.	INDUSBELLO	APROVADA

EMPRESA: VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 33.992.679/0001-00		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0026 – RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A2 ESMALTE COM 100% DE NANOPARTÍCULA, MATRIZ ORGÂNICA DE BISGMA, BIS-EMA, UDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 MM E 59,5% DE CARGA EM VOLUME (78,5% EM PESO). AS SERINGAS COM 4 G. COR A2 USO ODONTOLÓGICO Justificativa: o produto não atende às especificações do edital quanto ao tamanho da partícula, não é nanoparticulada.	FGM	REPROVADA
LOTE 0028 – RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A3 ESMALTE COM 100% DE NANOPARTÍCULA, MATRIZ ORGÂNICA DE BISGMA, BIS-EMA, UDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 MM E 59,5% DE CARGA EM VOLUME (78,5% EM PESO). AS SERINGAS COM 4 G. COR A3 USO ODONTOLÓGICO Justificativa: o produto não atende às especificações do edital quanto ao tamanho da partícula, não é nanoparticulada.	FGM	REPROVADA
LOTE 0030 – RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A3.5 ESMALTE COM 100% DE NANOPARTÍCULA, MATRIZ ORGÂNICA DE BISGMA, BIS-EMA, UDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM TAMANHO DE 5 A	FGM	REPROVADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**


**PREGÃO ELETRÔNICO 00054/2023 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
COM AMOSTRA/PROSPECTO**

2º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DAS AMOSTRAS/PROSPECTOS

20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 MM E 59,5% DE CARGA EM VOLUME (78,5% EM PESO). AS SERINGAS COM 4 G COR A3.5 USO ODONTOLÓGICO		
Justificativa: o produto não atende às especificações do edital quanto ao tamanho da partícula, não é nanoparticulada.		

EMPRESA: SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME CNPJ: 28.820.255/0001-10		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0017 – ESPELHO BUCAL PLANO Nº5 EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZANDO UM ESPELHO EM CRISTAL FLOAT COM DUAS CAMADAS PROTETORAS ANTI-CORROSÃO. (AMOSTRA TÉCNICA)	IMPLA	APROVADA
Justificativa: o produto atende às especificações do edital.		

26 de Julho de 2023, Venda Nova do Imigrante/ES


Amanda Assunção da Cunha
Cirurgiã-dentista
CRO/ES: 8802