

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**


**PREGÃO ELETRÔNICO 00054/2023 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
COM AMOSTRA/PROSPECTO**

3º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DAS AMOSTRAS/PROSPECTOS

EMPRESA: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA CNPJ: 44.223.526/0001-06		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0026 – RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A2 ESMALTE COM 100% DE NANOPARTÍCULA, MATRIZ ORGÂNICA DE BISGMA, BIS-EMA, UDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 MM E 59,5% DE CARGA EM VOLUME (78,5% EM PESO). AS SERINGAS COM 4 G. COR A2 USO ODONTOLÓGICO Justificativa: o produto atende as especificações do edital.	ULTRADENT FORMA EA2	APROVADA
LOTE 0028 – RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A3 ESMALTE COM 100% DE NANOPARTÍCULA, MATRIZ ORGÂNICA DE BISGMA, BIS-EMA, UDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 MM E 59,5% DE CARGA EM VOLUME (78,5% EM PESO). AS SERINGAS COM 4 G. COR A3 USO ODONTOLÓGICO Justificativa: o produto atende as especificações do edital.	ULTRADENT FORMA EA3	APROVADA

EMPRESA: DL DENTAL LTDA CNPJ: 07.827.565/0001-96		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0030 – RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A3.5 ESMALTE COM 100% DE NANOPARTÍCULA, MATRIZ ORGÂNICA DE BISGMA, BIS-EMA, UDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 MM E 59,5% DE CARGA EM VOLUME (78,5% EM PESO). AS SERINGAS COM 4 G COR A3.5 USO ODONTOLÓGICO Justificativa: o produto atende as especificações do edital.	3M	APROVADA

31 de Julho de 2023, Venda Nova do Imigrante/ES


Amanda Assunção da Cunha
Cirurgiã-dentista
CRO/ES: 8802