

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00062/2023 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS MÉDICOS****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

EMPRESA: F V P COELHO CNPJ: 26.294.192/0001-80		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0001 – COLAR CERVICAL TAM G COR BRANCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO E.V.A. (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL; FECHO EM VELCRO DE 05MM EM UM DOS LADOS; POSSUI UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS; PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA; ABERTURA FRONTAL QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUÉIA Justificativa: o produto atende às especificações do edital.	PROTMED	APROVADA
LOTE 0002 – COLAR CERVICAL TAM M COR BRANCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO E.V.A. (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL; FECHO EM VELCRO DE 05MM EM UM DOS LADOS; POSSUI UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS; PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA; ABERTURA FRONTAL QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUÉIA Justificativa: o produto atende às especificações do edital.	PROTMED	APROVADA
LOTE 0003 – COLAR CERVICAL TAM P COR BRANCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO E.V.A. (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL; FECHO EM VELCRO DE 05MM EM UM DOS LADOS; POSSUI UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS; PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA; ABERTURA FRONTAL QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUÉIA	PROTMED	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00062/2023 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS MÉDICOS****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

Justificativa: o produto atende às especificações do edital.		
LOTE 0004 – COLAR CERVICAL TAM PP COR BRANCO - CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; REVESTIDO DE ESPUMAMACIA TIPO E.V.A. (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL; FECHO EM VELCRO DE 05MM EM UM DOS LADOS; POSSUI UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS; PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA; ABERTURA FRONTAL QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA.	PROTMED	APROVADA
Justificativa: o produto atende às especificações do edital.		
LOTE 0005 – CONJUNTO DE TALAS IMOBILIZADORAS PARA RESGATE E REMOÇÃO CONJUNTO DE TALAS IMOBILIZADORAS PARA RESGATE E REMOÇÃO DE PESSOAS ACIDENTADAS, PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA E PODE SER LAVADA E REUTILIZADA. CONFECCIONADAS EM EVA (4MM); COLORIDA PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO, NAS CORES PADRÃO PARA RESGATE; 1 TALA PP (30 X 8 CM) ROXA, 1 TALA P (53 X 8 CM) AZUL, 1 TALA M (63 X 9 CM) LARANJA, 1 TALA G (86,5 X 10 CM) VERDE.	RESGATE SP	APROVADA
Justificativa: o produto atende às especificações do edital.		
LOTE 0008 - IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEÁVEL ADULTO - PARA IMOBILIZAÇÃO DE CABEÇA NA PRANCHA; USADO COM COLAR CERVICAL; CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO; MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIURETANO INJETADO; RESISTENTE A IMPACTOS; ANATÔMICO; COM REGULAGEM EM VELCRO.	RESGATE SP	APROVADA
Justificativa: o produto atende às especificações do edital.		
LOTE 0009 - IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEÁVEL INFANTIL - PARA IMOBILIZAÇÃO DE CABEÇA NA PRANCHA; USADO COM COLAR CERVICAL; CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO; MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIURETANO INJETADO; RESISTENTE A IMPACTOS; ANATÔMICO; COM REGULAGEM EM VELCRO.	RESGATE SP	APROVADA
Justificativa: o produto atende às especificações do edital.		
LOTE 00013 - PRANCHA PARA RESGATE EM POLIETILENO	RESGATE SP	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00062/2023 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS MÉDICOS****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

TAM. ADULTO COM CAPA - COMPOSIÇÃO: 100% POLIETILENO; ALTA RESISTÊNCIA; RÍGIDA; DIMENSÕES APROXIMADAS: L 46CM X C 175CM; PESO MÁXIMO SUPORTADO ATÉ 120KG; POSSUI PEGADORES; ABERTURAS PARA CINTO, FAVORECENDO A IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA; LAVÁVEL; ACOMPANHA CAPA PARA GUARDA.		
Justificativa: o produto atende às especificações do edital.		

EMPRESA: FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 26.204.948/0001-52		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 00012 – MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA EM AÇO/FERRO PINTADO, DIMENSÕES MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM, TAMPO MADEIRA/MDP/MDF	MARANELLO	APROVADA
Justificativa: o produto atende às especificações do edital.		

EMPRESA: NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 37.182.085/0001-86		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0007 – FITA ANTROPOMÉTRICA DESTINADO PARA A MEDIÇÃO DE PERÍMETROS CORPORAIS; DEVE SER DE MATERIAL MALEÁVEL, INELÁSTICO, INEXTENSÍVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1MM; ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 200CM ÚTEIS; ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DE DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10CM; FITA COM ÁREA EM BRANCO ANTES DA LINHA ZERO PARA PERMITIR MENSURAÇÃO ADEQUADA; FITA DEVERÁ TER DISPOSITIVO DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA; CAIXA PROTETORA DA FITA DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E LEVE; OPCIONALMENTE, A CAIXA PROTETORA DA FITA DEVERÁ TER DISPOSITIVOS DE TRAVA; EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES	MD	APROVADA
Justificativa: o produto atende às especificações do edital.		
LOTE 0011 – MASCARA POCKET PARA RCP RESSUSCITADOR - MATERIAL DE CONFEÇÃO: PVC LIVRE DE LÁTEX E ATÓXICO; PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÕES PROVENIENTES DE CONTATO DIRETO COM A BOCA; PARA ADULTO E CRIANÇA;	HOSPICIENTE	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00062/2023 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS MÉDICOS****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

REUTILIZÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; MATERIAL TRANSPARENTE; VÁLVULA UNIDIRECIONAL REMOVÍVEL; VÁLVULA DESCARTÁVEL COM FILTRO PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO CRUZADA; ELÁSTICO PARA MANTER A MÁSCARA FIXADA AO PACIENTE; CONECTOR PARA ACOPLAR EQUIPAMENTOS DE AUXÍLIO RESPIRATÓRIO(AMBU).		
Justificativa: o produto atende às especificações do edital.		

EMPRESA: REDALMUS COMERCIAL LTDA CNPJ: 27.347.244/0001-00		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0006 – FILTRO DE OSMOSE REVERSA COM DEIONIZADOR E RESERVATORIO AUTOMATIZADO PARA ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO; CONTENDO NO MÍNIMO: UMA MEMBRANA DE POLIPROPILENO, UMA DE CARVÃO ATIVADO, UMA DE OSMOSE REVERSA E UMA DE RESINA MISTA, ESSENCIAL PARA DEIONIZAÇÃO; 127/BIVOLT; COM RESERVATÓRIO PRESSURIZADO DE NO MÍNIMO 17 LITROS; PRODUÇÃO DE ÁGUA APROXIMADA DE 16L/H; ACOMPANHA REFIS, MANGUEIRAS E KIT PARA MONTAGEM; MANUAL DO USUÁRIO; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO. Justificativa: o produto não apresenta reservatório, conforme solicitado no edital.	FDMA FILTRO	REPROVADA

14 de Julho de 2023, Venda Nova do Imigrante/ES

João Magno Guarnier
Enfermeiro
COREN-ES: 174939