

ATA FINAL

Prefeitura Venda Nova do Imigrante

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Pregão Eletrônico - 68/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
24/07/2023 08:41	25/07/2023 08:00	02/08/2023 23:59	07/08/2023 08:30	07/08/2023 09:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
02/08/2023 - 11:54	Pedido de Esclarecimento	03/08/2023 - 10:08

Dúvida: Prezados, segue anexo nosso pedido de esclarecimento para avaliação.

Resposta: QUESTIONAMENTO DA EMPRESA:

1. Altere o texto para "monitor led de alta resolução de no mínimo 19 polegadas e resolução mínima de 1280 x 1024 pixels;
2. Altere o texto para que sejam aceitos anodos giratórios com capacidade térmica de no mínimo 162 KWh;
3. Altere para processador no mínimo tipo core i7 10ª geração, Intel Xeon W-2123 ou processador similar; disco rígido hd ou ssd mínimo de 512 gb para sistema operacional e 2 tb de capacidade de armazenamento.

RESPOSTA ÁREA TÉCNICA:

O Equipamento será adquirido pela Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante e doado para uso no Hospital Padre Máximo. O intuito desta Municipalidade é virar referência neste tipo de exame na região. O que por conveniência Administrativa nos fez exigir em edital as características mínimas do equipamento.

Para fechar uma especificação, a área Técnica fez uma análise de diversos modelos e marcas ofertados no mercado, sendo que existe um rol de marcas, podendo citar no mínimo seis, que atendem ao descrito em edital.

O item, na verdade, buscou resguardar o interesse da administração sem, contudo, restringir a competitividade.

De início, cumpre destacar que a definição clara e precisa do objeto é indispensável ao bom andamento do certame. Assim, necessário se faz uma adequada caracterização do objeto a ser licitado, com especificações técnicas claras, objetivas e estritamente vinculadas à necessidade apontada para que a licitação venha a ser bem sucedida. Assim, ao Órgão Licitador é assegurado de que estará adquirindo ou obtendo exatamente o objeto pretendido e necessário ao contexto público envolvido. Tais definições são de importância fundamental para a Pregoeira analisar e julgar as propostas recebidas dos participantes, constatando quais delas atendem ao que foi solicitado.

A Lei nº 10.520/02 que rege o Pregão, trata da definição precisa do objeto, nos seguintes termos: Art. 3º - A fase preparatória do pregão observará o seguinte: (...) II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição.

A descrição precisa do objeto também é comentada pela jurisprudência, e diante de sua análise e importância o Tribunal de Contas da União (TCU) editou a Súmula 177 cuja redação é a seguinte:

Súmula 177: "A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão."

Importa destacar, antes de tudo, que é decorrência do exercício do poder discricionário da Administração Pública a definição fundamentada e justificada da especificação do item a ser objeto de aquisição. Neste sentido, coube ao órgão gerenciador da aquisição realizar o levantamento de necessidades e critérios objetivos, bem como todo o esforço administrativo para que se concretize o processo licitatório. Quanto às referências do detalhamento do objeto, esta Administração informa que as características não são exclusivas de determinada marca, pois tratam-se de especificações claras, de equipamentos de qualidade, de primeira linha, onde qualquer marca pode ser cotada desde de que dentro das especificações, conforme expressamente descrito no Termo de Referência.

Resta claro que não existe impedimento para a Administração fixar padrões mínimos de qualidade e desempenho, através de requisitos técnicos. Ademais, importa reforçar o entendimento junto aos licitantes de que não se pode confundir o princípio da padronização com direcionamento da licitação, pois o que se busca no presente certame é a seleção do fornecedor que atenda ao mínimo exigido, bem como repelir a participação de licitantes aventureiros.

Por tanto, não havendo qualquer ilegalidade que possa ser questionada. Conclui-se por manter inalterada as condições do Edital, por privilegiar à competitividade do certame. TEOR COMPLETO DO PARECER TÉCNICO FOI ANEXADO VIA PORTAL NOS DOCUMENTOS DO PROCESSO.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001

MAMÓGRAFO DIGITAL COM ESTACAO DE TRABALHO - SISTEMA DE MAMOGRAFIA DIGITAL COMPOSTO DE BRAÇO GIRATÓRIO MOTORIZADO CONSISTINDO DE TUBO DE RAIOS-X, GERADOR INTEGRADO AO CORPO DO MAMÓGRAFO, DISPOSITIVO DE COMPRESSÃO E PAINEL DE CAPTURA DIGITAL DE RAIOS-X; DESLOCAMENTO VERTICAL DE NO MÍNIMO 70 CM OU MENOR A 135 CM OU MAIOR, EXIBIÇÃO DIGITAL DE FORÇA DE COMPRESSÃO, ESPESSURA DE COMPRESSÃO E ÂNGULO DE ROTAÇÃO. CARACTERÍSTICAS DO TUBO DE RAIOS-X: ANODO GIRATÓRIO DE TUNGSTÊNIO COM ROTAÇÃO A PARTIR DE 3.000 RPM OU MAIOR; CAPACIDADE TÉRMICA DE NO MÍNIMO 300.000 HU (300 KHU); FILTRO: RÓDIO OU PRATA OU ALUMÍNIO OU MOLIBDÊNIO OU SISTEMA EQUIVALENTE; FOCO GROSSO DE 0,3 MM E FINO DE 0,15 MM (OU MENOR); FILTRO PERMANENTE DE BERÍLIO; CARACTERÍSTICAS DO GERADOR: GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 5 KW; SELEÇÃO DE VALORES PARA KV DE 23 OU MENOR A 35 KV OU MAIOR EM PASSOS DE 1 KV; INTERVALO DE MAS ENTRE 4 MAS (OU MENOR) A 500 MAS (OU MAIOR). CARACTERÍSTICAS DO PAINEL DE CAPTURA DIGITAL DE IMAGEM: DETECTOR DE SILÍCIO, SELÊNIO AMORFO OU IODETO DE CÉSIO; DIMENSÃO MÍNIMA DO DETECTOR DE 23X29 CM (OU MAIOR); TAMANHO DE PIXEL DE NO MÁXIMO 100 MICRÔMETROS; PROFUNDIDADE DE 16 BITS; GRADE ANTIDIFUSORA COM RAZÃO DE NO MÍNIMO 3:1; RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 31 LINHAS/CM; SISTEMA DE COLIMAÇÃO AUTOMÁTICA; POSICIONAMENTO AUTOMÁTICO DO COLIMADOR DEPENDENDO DO TAMANHO DA PLACA DE COMPRESSÃO INSTALADA; INDICADOR LUMINOSO DA ÁREA IRRADIADA; MODOS DE EXPOSIÇÃO: SISTEMA DE EXPOSIÇÃO AUTOMÁTICO, SEMIAUTOMÁTICO E MANUAL; SISTEMA DE COMPRESSÃO: SISTEMA DE COMPRESSÃO MOTORIZADA ATRAVÉS DE PEDAL DUPLO DE ATÉ 200N; SELEÇÃO DE DESCOMPRESSÃO AUTOMÁTICA APÓS EXPOSIÇÃO; 01 COMPRESSOR PARA SPOT; SISTEMA DE MAGNIFICAÇÃO: FATOR DE MAGNIFICAÇÃO DE 1.5 E 1.8; 01 PLACA DE COMPRESSÃO COM TAMANHO APROXIMADO DE 18X24 CM, PLACA DE COMPRESSÃO COM TAMANHO APROXIMADO DE 24X30; 01 COMPRESSOR PARA SPOT COM TAMANHO APROXIMADO DE 9X9 CM; PLACA PERFURADA PARA LOCALIZAÇÃO; ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO PARA MAMÓGRAFO DIGITAL (WORKSTATION);

1.162.894,00

1 UN

Adjudicado

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
------	---------	---------------



0001	MAMOGRAFO DIGITAL COM ESTACAO DE TRABALHO - sistema de mamografia digital composto de braço giratório motorizado consistindo de tubo de raios-x, gerador integrado ao corpo do mamógrafo, dispositivo de compressão e painel de captura digital de raios-x; deslocamento vertical de no mínimo 70 cm ou menor a 135 cm ou maior, exibição digital de força de compressão, espessura de compressão e ângulo de rotação. características do tubo de raios-x: anodo giratório de tungstênio com rotação a partir de 3.000 rpm ou maior; capacidade térmica de no mínimo 300.000 hu (300 khu); filtro: ródio ou prata ou alumínio ou molibdênio ou sistema equivalente; foco grosso de 0,3 mm e fino de 0,15 mm (ou menor); filtro permanente de berílio; características do gerador: gerador de alta frequência; potência de no mínimo 5 kw; seleção de valores para kv de 23 ou menor a 35 kv ou maior em passos de 1 kv; intervalo de mas entre 4 mas (ou menor) a 500 mas (ou maior). características do painel de captura digital de imagem: detector de silício, selênio amorfo ou iodeto de cério; dimensão mínima do detector de 23x29 cm (ou maior); tamanho de pixel de no máximo 100 micrômetros; profundidade de 16 bits; grade antidifusora com razão de no mínimo 3:1; resolução de no mínimo 31 linhas/cm; sistema de colimação automática: posicionamento automático do colimador dependendo do tamanho da placa de compressão instalada; indicador luminoso da área irradiada; modos de exposição: sistema de exposição automático, semiautomático e manual; sistema de compressão: sistema de compressão motorizada através de pedal duplo de até 200n; seleção de descompressão automática após exposição; 01 compressor para spot; sistema de magnificação: fator de magnificação de 1.5 e 1.8; 01 placa de compressão com tamanho aproximado de 18x24 cm, placa de compressão com tamanho aproximado de 24x30; 01 compressor para spot com tamanho aproximado 9x9 cm; placa perfurada para localização; estação de aquisição para mamógrafo digital (workstation);	Conforme Edital
------	---	-----------------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
24/07/2023 - 08:41	EDITAL 68 ASSINADO.pdf
24/07/2023 - 08:41	ANEXO 68.pdf
24/07/2023 - 08:41	240723082335.pdf
03/08/2023 - 10:08	PARECER TÉCNICO SIEMENS.pdf
03/08/2023 - 10:13	PEDIDO ESCLARECIMENTO SHIMADZU.pdf
03/08/2023 - 10:14	PARECER TÉCNICO SHIMADZU.pdf
03/08/2023 - 15:07	IMPUGNACAO E RESPOSTA IMPUGNACAO.pdf
04/08/2023 - 14:58	Locamail __ Re_ENC_PE 68_2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS.pdf
14/08/2023 - 14:09	Locamail __ Pregão 68_2023.pdf
14/08/2023 - 14:09	Locamail __ Notificação de Registro - 534061 - Lance de Desempate.pdf
17/08/2023 - 10:14	RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE PE 68-2023.pdf
31/08/2023 - 15:46	EMAIL KONICA.pdf
31/08/2023 - 15:47	RESPOSTA QUESTIONAMENTO KONICA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
07/08/2023 - 09:56	Negociação aberta para o processo 68/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 68/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/08/2023 - 15:33	Documentos solicitados para o processo 68/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 68/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2023 - 15:26	Documentos solicitados para o processo 68/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 68/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/08/2023 - 16:40	Documentos solicitados para o processo 68/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 68/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2023 - 10:19	Envio de Propostas Readequadas 68/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 17/08/2023 às 12:30.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	MAMOGRAFO DIGITAL COM ESTACAO DE TRABALHO - sistema de mamografia digital composto de braço giratório motorizado consistindo de tubo de raios-x, gerador integrado ao corpo do mamógrafo, dispositivo de compressão e painel de captura digital de raios-x; deslocamento vertical de no mínimo 70 cm ou menor a 135 cm ou maior, exibição digital de força de compressão, espessura de compressão e ângulo de rotação. características do tubo de raios-x: anodo giratório de tungstênio com rotação a partir de 3.000 rpm ou maior; capacidade térmica de no mínimo 300.000 hu (300 khu); filtro: ródio ou prata ou alumínio ou molibdênio ou sistema equivalente; foco grosso de 0,3 mm e fino de 0,15 mm (ou menor); filtro permanente de berílio; características do gerador: gerador de alta frequência; potência de no mínimo 5 kw; seleção de valores para kv de 23 ou menor a 35 kv ou maior em passos de 1 kv; intervalo de mas entre 4 mas (ou menor) a 500 mas (ou maior). características do painel de captura digital de imagem: detector de silício, selênio amorfo ou iodeto de cério; dimensão mínima do detector de 23x29 cm (ou maior); tamanho de pixel de no máximo 100 micrômetros; profundidade de 16 bits; grade antidifusora com razão de no mínimo 3:1; resolução de no mínimo 31 linhas/cm; sistema de colimação automática: posicionamento automático do colimador dependendo do tamanho da placa de compressão instalada; indicador luminoso da área irradiada; modos de exposição: sistema de exposição automático, semiautomático e manual; sistema de compressão: sistema de compressão motorizada através de pedal duplo de até 200n; seleção de descompressão automática após exposição; 01 compressor para spot; sistema de magnificação: fator de magnificação de 1.5 e 1.8; 01 placa de compressão com tamanho aproximado de 18x24 cm, placa de compressão com tamanho aproximado de 24x30; 01 compressor para spot com tamanho aproximado 9x9 cm; placa perfurada para localização; estação de aquisição para mamógrafo digital (workstation);	VMI TECNOLOGIAS LTDA	DIGIMAMO TM	Própria	910.000,00	1	910.000,00



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - MAMOGRAFO DIGITAL COM ESTACAO DE TRABALHO - sistema de mamografia digital composto de braço giratório motorizado consistindo de tubo de raios-x, gerador integrado ao corpo do mamógrafo, dispositivo de compressão e painel de captura digital de raios-x; deslocamento vertical de no mínimo 70 cm ou menor a 135 cm ou maior, exibição digital de força de compressão, espessura de compressão e ângulo de rotação. características do tubo de raios-x: anodo giratório de tungstênio com rotação a partir de 3.000 rpm ou maior; capacidade térmica de no mínimo 300.000 hu (300 khu); filtro: ródio ou prata ou alumínio ou molibdênio ou sistema equivalente; foco grosso de 0,3 mm e fino de 0,15 mm (ou menor); filtro permanente de berílio; características do gerador: gerador de alta frequência; potência de no mínimo 5 kw; seleção de valores para kv de 23 ou menor a 35 kv ou maior em passos de 1 kv; intervalo de mas entre 4 mas (ou menor) a 500 mas (ou maior). características do painel de captura digital de imagem: detector de silício, selênio amorfo ou iodeto de cério; dimensão mínima do detector de 23x29 cm (ou maior); tamanho de pixel de no máximo 100 micrômetros; profundidade de 16 bits; grade antidifusora com razão de no mínimo 3:1; resolução de no mínimo 31 linhas/cm; sistema de colimação automática: posicionamento automático do colimador dependendo do tamanho da placa de compressão instalada; indicador luminoso da área irradiada; modos de exposição: sistema de exposição automático, semiautomático e manual; sistema de compressão: sistema de compressão motorizada através de pedal duplo de até 200n; seleção de descompressão automática após exposição; 01 compressor para spot; sistema de magnificação: fator de magnificação de 1.5 e 1.8; 01 placa de compressão com tamanho aproximado de 18x24 cm, placa de compressão com tamanho aproximado de 24x30; 01 compressor para spot com tamanho aproximado 9x9 cm; placa perfurada para localização; estação de aquisição para mamógrafo digital (workstation);

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VMI TECNOLOGIAS LTDA	02.659.246/0001-03	04/08/2023 - 17:01:56	DIGIMAMO TM	Própria	1	R\$1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	Não
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	71.256.283/0001-85	04/08/2023 - 17:46:46	Delicata DR	Própria	1	R\$1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00	Não
CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	23.917.850/0001-54	06/08/2023 - 10:19:49	HELIANTHUS BYM	METALTRONICA	1	R\$1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	71.256.283/0001-85	90 dias
VMI TECNOLOGIAS LTDA	02.659.246/0001-03	90 dias
CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	23.917.850/0001-54	90 dias

Lances Enviados

0001 - MAMOGRAFO DIGITAL COM ESTACAO DE TRABALHO - sistema de mamografia digital composto de braço giratório motorizado consistindo de tubo de raios-x, gerador integrado ao corpo do mamógrafo, dispositivo de compressão e painel de captura digital de raios-x; deslocamento vertical de no mínimo 70 cm ou menor a 135 cm ou maior, exibição digital de força de compressão, espessura de



compressão e ângulo de rotação. características do tubo de raios-x: anodo giratório de tungstênio com rotação a partir de 3.000 rpm ou maior; capacidade térmica de no mínimo 300.000 hu (300 khu); filtro: ródio ou prata ou alumínio ou molibdênio ou sistema equivalente; foco grosso de 0,3 mm e fino de 0,15 mm (ou menor); filtro permanente de berílio; características do gerador: gerador de alta frequência; potência de no mínimo 5 kw; seleção de valores para kv de 23 ou menor a 35 kv ou maior em passos de 1 kv; intervalo de mas entre 4 mas (ou menor) a 500 mas (ou maior). características do painel de captura digital de imagem: detector de silício, selênio amorfo ou iodeto de cério; dimensão mínima do detector de 23x29 cm (ou maior); tamanho de pixel de no máximo 100 micrômetros; profundidade de 16 bits; grade antidifusora com razão de no mínimo 3:1; resolução de no mínimo 31 linhas/cm; sistema de colimação automática: posicionamento automático do colimador dependendo do tamanho da placa de compressão instalada; indicador luminoso da área irradiada; modos de exposição: sistema de exposição automático, semiautomático e manual; sistema de compressão: sistema de compressão motorizada através de pedal duplo de até 200n; seleção de descompressão automática após exposição; 01 compressor para spot; sistema de magnificação: fator de magnificação de 1.5 e 1.8; 01 placa de compressão com tamanho aproximado de 18x24 cm, placa de compressão com tamanho aproximado de 24x30; 01 compressor para spot com tamanho aproximado 9x9 cm; placa perfurada para localização; estação de aquisição para mamógrafo digital (workstation);

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/08/2023 - 17:01:56	1.200.000,00 (proposta)	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
04/08/2023 - 17:46:46	1.300.000,00 (proposta)	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
06/08/2023 - 10:19:49	1.200.000,00 (proposta)	23.917.850/0001-54 - CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou anexada via portal, conforme exige o item 16, a Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial (Falência e Concordata), item 16.4.3 "a" do edital. 16/08/2023 14:57:57
07/08/2023 - 09:04:31	1.100.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:08:26	1.044.900,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:09:17	1.030.990,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:09:57	1.081.000,00	23.917.850/0001-54 - CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou anexada via portal, conforme exige o item 16, a Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial (Falência e Concordata), item 16.4.3 "a" do edital. 16/08/2023 14:57:57
07/08/2023 - 09:10:55	1.030.800,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:12:08	1.030.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:12:13	1.030.700,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:12:35	1.028.990,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido



07/08/2023 - 09:13:26	1.028.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:13:30	1.028.700,00	23.917.850/0001-54 - CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou anexada via portal, conforme exige o item 16, a Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial (Falência e Concordata), item 16.4.3 "a" do edital. 16/08/2023 14:57:57
07/08/2023 - 09:14:21	1.027.800,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:15:05	1.027.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:15:54	1.026.850,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:16:23	1.026.500,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:16:48	1.026.350,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:17:52	1.026.200,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:18:19	1.026.000,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:18:41	1.026.100,00	23.917.850/0001-54 - CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou anexada via portal, conforme exige o item 16, a Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial (Falência e Concordata), item 16.4.3 "a" do edital. 16/08/2023 14:57:57
07/08/2023 - 09:19:15	1.025.900,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:19:44	1.025.750,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:20:49	974.400,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:21:41	974.250,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:21:46	978.400,00	23.917.850/0001-54 - CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou anexada via portal, conforme exige o item 16, a Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial (Falência e Concordata), item 16.4.3 "a" do edital. 16/08/2023 14:57:57



07/08/2023 - 09:22:43	925.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:23:43	924.900,00	23.917.850/0001-54 - CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou anexada via portal, conforme exige o item 16, a Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial (Falência e Concordata), item 16.4.3 "a" do edital. 16/08/2023 14:57:57
07/08/2023 - 09:24:25	924.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:24:32	924.750,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:24:51	923.750,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:25:34	923.500,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:25:56	923.350,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:26:15	923.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:27:05	922.850,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:27:30	922.500,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:28:08	922.350,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:28:36	922.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:29:14	921.850,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:29:41	921.500,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:30:06	921.350,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido



07/08/2023 - 09:30:30	921.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:30:49	920.890,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:31:14	920.500,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:31:44	920.390,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:32:30	920.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:33:05	919.890,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:33:16	919.500,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:34:02	920.290,00	23.917.850/0001-54 - CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou anexada via portal, conforme exige o item 16, a Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial (Falência e Concordata), item 16.4.3 "a" do edital. 16/08/2023 14:57:57
07/08/2023 - 09:34:10	919.350,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:34:29	919.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:34:51	918.890,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:35:26	918.500,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:35:44	918.390,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:36:05	918.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:36:29	917.890,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido



07/08/2023 - 09:36:38	917.500,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:36:59	917.350,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:37:17	917.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:38:48	916.890,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:39:01	916.500,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:39:23	916.390,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:39:59	916.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:40:14	915.890,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
07/08/2023 - 09:40:41	915.600,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
07/08/2023 - 09:41:44	919.900,00	23.917.850/0001-54 - CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou anexada via portal, conforme exige o item 16, a Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial (Falência e Concordata), item 16.4.3 "a" do edital. 16/08/2023 14:57:57
07/08/2023 - 10:03:57	915.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital. 15/08/2023 11:48:23
15/08/2023 - 15:01:47	914.800,00	23.917.850/0001-54 - CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou anexada via portal, conforme exige o item 16, a Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial (Falência e Concordata), item 16.4.3 "a" do edital. 16/08/2023 14:57:57
17/08/2023 - 10:26:33	910.000,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	15/08/2023 - 08:51:38	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	DILIGÊNCIA - Venda Nova do Imigrante.pdf
0001	15/08/2023 - 16:40:00	23.917.850/0001-54 - CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	PROPOSTA.zip



Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
VMI TECNOLOGIAS LTDA	04/08/2023 - 17:01	Lilian Dornellas	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	04/08/2023 - 17:26	Naoki Kobayashi	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	06/08/2023 - 10:14	ROBERTO KAZUO KAKUNAKA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
15/08/2023 - 11:48:23	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	71.256.283/0001-85	Item 0001 - MAMOGRAFO DIGITAL COM ESTACAO DE TRABALHO - sistema de mamografia digital composto de braço giratório motorizado consistindo de tubo de raios-x, gerador integrado ao corpo do mamógrafo, dispositivo de compressão e painel de captura digital de raios-x; deslocamento vertical de no mínimo 70 cm ou menor a 135 cm ou maior, exibição digital de força de compressão, espessura de compressão e ângulo de rotação. características do tubo de raios-x: anodo giratório de tungstênio com rotação a partir de 3.000 rpm ou maior; capacidade térmica de no mínimo 300.000 hu (300 khu); filtro: ródio ou prata ou alumínio ou molibdênio ou sistema equivalente; foco grosso de 0,3 mm e fino de 0,15 mm (ou menor); filtro permanente de berílio; características do gerador: gerador de alta frequência; potência de no mínimo 5 kw; seleção de valores para kv de 23 ou menor a 35 kv ou maior em passos de 1 kv; intervalo de mas entre 4 mas (ou menor) a 500 mas (ou maior). características do painel de captura digital de imagem: detector de silício, selênio amorfo ou iodeto de cério; dimensão mínima do detector de 23x29 cm (ou maior); tamanho de pixel de no máximo 100 micrômetros; profundidade de 16 bits; grade antidifusora com razão de no mínimo 3:1; resolução de no mínimo 31 linhas/cm; sistema de colimação automática: posicionamento automático do colimador dependendo do tamanho da placa de compressão instalada; indicador luminoso da área irradiada; modos de exposição: sistema de exposição automático, semiautomático e manual; sistema de compressão: sistema de compressão motorizada através de pedal duplo de até 200n; seleção de descompressão automática após exposição; 01 compressor para spot; sistema de magnificação: fator de magnificação de 1.5 e 1.8; 01 placa de compressão com tamanho aproximado de 18x24 cm, placa de compressão com tamanho aproximado de 24x30; 01 compressor para spot com tamanho aproximado de 9x9 cm; placa perfurada para localização; estação de aquisição para mamógrafo digital (workstation);
Desclassificação: Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit.			
Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital.			
16/08/2023 - 14:57:57	CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	23.917.850/0001-54	Item 0001 - MAMOGRAFO DIGITAL COM ESTACAO DE TRABALHO - sistema de mamografia digital composto de braço giratório motorizado consistindo de tubo de raios-x, gerador integrado ao corpo do mamógrafo, dispositivo de compressão e painel de captura digital de raios-x; deslocamento vertical de no mínimo 70 cm ou menor a 135 cm ou maior, exibição digital de força de compressão, espessura de compressão e ângulo de rotação. características do tubo de raios-x: anodo giratório de tungstênio com rotação a partir de 3.000 rpm ou maior; capacidade térmica de no mínimo 300.000 hu (300 khu); filtro: ródio ou prata ou alumínio (ou menor); filtro permanente de berílio; características do gerador: gerador de alta frequência; potência de no mínimo 5 kw; seleção de valores para kv de 23 ou menor a 35 kv ou maior em passos de 1 kv; intervalo de mas entre 4 mas (ou menor) a 500 mas (ou maior). características do painel de captura digital de imagem: detector de silício, selênio amorfo ou iodeto de cério; dimensão mínima do detector de 23x29 cm (ou maior); tamanho de pixel de no máximo 100 micrômetros; profundidade de 16 bits; grade antidifusora com razão de no mínimo 3:1; resolução de no mínimo 31 linhas/cm; sistema de colimação automática: posicionamento automático do colimador dependendo do tamanho da placa de compressão instalada; indicador luminoso da área irradiada; modos de exposição: sistema de exposição automático, semiautomático e manual; sistema de compressão: sistema de compressão motorizada através de pedal duplo de até 200n; seleção de descompressão automática após exposição; 01 compressor para spot; sistema de magnificação: fator de magnificação de 1.5 e 1.8; 01 placa de compressão com tamanho aproximado de 18x24 cm, placa de compressão com tamanho aproximado de 24x30; 01 compressor para spot com tamanho aproximado de 9x9 cm; placa perfurada para localização; estação de aquisição para mamógrafo digital (workstation);



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
18/08/2023 - 09:05	23/08/2023 - 23:59	28/08/2023 - 23:59

0001 - MAMOGRAFO DIGITAL COM ESTACAO DE TRABALHO - sistema de mamografia digital composto de braço giratório motorizado consistindo de tubo de raios-x, gerador integrado ao corpo do mamógrafo, dispositivo de compressão e painel de captura digital de raios-x; deslocamento vertical de no mínimo 70 cm ou menor a 135 cm ou maior, exibição digital de força de compressão, espessura de compressão e ângulo de rotação. características do tubo de raios-x: anodo giratório de tungstênio com rotação a partir de 3.000 rpm ou maior; capacidade térmica de no mínimo 300.000 hu (300 khu); filtro: ródio ou prata ou alumínio ou molibdênio ou sistema equivalente; foco grosso de 0,3 mm e fino de 0,15 mm (ou menor); filtro permanente de berílio; características do gerador: gerador de alta frequência; potência de no mínimo 5 kw; seleção de valores para kv de 23 ou menor a 35 kv ou maior em passos de 1 kv; intervalo de mas entre 4 mas (ou menor) a 500 mas (ou maior). características do painel de captura digital de imagem: detector de silício, selênio amorfo ou iodeto de cério; dimensão mínima do detector de 23x29 cm (ou maior); tamanho de pixel de no máximo 100 micrômetros; profundidade de 16 bits; grade antidifusora com razão de no mínimo 3:1; resolução de no mínimo 31 linhas/cm; sistema de colimação automática: posicionamento automático do colimador dependendo do tamanho da placa de compressão instalada; indicador luminoso da área irradiada; modos de exposição: sistema de exposição automático, semiautomático e manual; sistema de compressão: sistema de compressão motorizada através de pedal duplo de até 200n; seleção de descompressão automática após exposição; 01 compressor para spot; sistema de magnificação: fator de magnificação de 1.5 e 1.8; 01 placa de compressão com tamanho aproximado de 18x24 cm, placa de compressão com tamanho aproximado de 24x30; 01 compressor para spot com tamanho aproximado 9x9 cm; placa perfurada para localização; estação de aquisição para mamógrafo digital (workstation);

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
23.917.850/0001-54 - CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	18/08/2023 - 08:36:11	Manifestamos intenção de recurso, visto que não concordamos com a nossa desclassificação, motivos os quais discorreremos em nossa peça recursal.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
23.917.850/0001-54 - CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	23/08/2023 - 22:23:04	À PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE PREGÃO ELETRÔNICO N° 68/2023 RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO RECURSO PE 68.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	28/08/2023 - 15:02	Prezada Pregoeira, boa tarde. Vimos através deste apresentar Contrarrazões face ao Recurso Administrativo interposto pela CGRX. Obrigada. Contrarrazões - Venda Nova dos Imigrantes.pdf.	Deferido



Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
31/08/2023 - 15:40:48	CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA. DECISAO RECURSO.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
03/08/2023 - 10:08:45	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO SIEMENS.pdf) em 03/08/2023 às 10:08.
03/08/2023 - 10:13:35	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PEDIDO ESCLARECIMENTO SHIMADZU.pdf) em 03/08/2023 às 10:13.
03/08/2023 - 10:14:13	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO SHIMADZU.pdf) em 03/08/2023 às 10:14.
03/08/2023 - 15:07:37	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (IMPUGNACAO E RESPOSTA IMPUGNACAO.pdf) em 03/08/2023 às 15:07.
04/08/2023 - 14:58:01	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Locamail __ Re_ENC_PE 68_2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS.pdf) em 04/08/2023 às 14:58.
07/08/2023 - 09:01:21	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
07/08/2023 - 09:02:14	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
07/08/2023 - 09:02:15	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
07/08/2023 - 09:02:15	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
07/08/2023 - 09:02:15	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
07/08/2023 - 09:02:28	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES. Bom dia a todos. As propostas foram abertas. Nesta oportunidade e a título de colaboração farei alguns avisos: Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
07/08/2023 - 09:02:35	Pregoeiro	Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico até sua efetiva homologação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer atos ou mensagens emitidas pela Pregoeira ou pelo sistema ou de sua desconexão. Importante que os senhores acessem o sistema ao menos uma vez ao dia pela manhã e outra à tarde, para ciência das notificações e informações da Pregoeira.
07/08/2023 - 09:02:42	Pregoeiro	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final.
07/08/2023 - 09:02:48	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
07/08/2023 - 09:02:48	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/08/2023 - 09:03:20	Pregoeiro	O lote já está aberto para lances. Peço que ofertem seus melhores preços.
07/08/2023 - 09:49:12	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
07/08/2023 - 09:49:12	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 919.900,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 07/08/2023 às 09:49:35.
07/08/2023 - 09:51:52	Sistema	O item 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
07/08/2023 - 09:51:52	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
07/08/2023 - 09:56:56	Sistema	O item 0001 teve como arrematante KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 915.600,00.
07/08/2023 - 09:56:56	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
07/08/2023 - 09:57:22	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 07/08/2023 às 12:00.
07/08/2023 - 10:00:24	Pregoeiro	SENHOR LICITANTE: COM INTUITO DE ALCANÇAR PREÇO MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO (ART. 4º, XVII, DA LEI Nº 10.520/2002), SOLICITO NOVAMENTE ANÁLISE, POR PARTE DA EMPRESA CLASSIFICADA EM 1º LUGAR, ACERCA DA POSSIBILIDADE DE REDUZIR O VALOR DO ÚLTIMO LANCE OFERTADO.
07/08/2023 - 10:03:56	F. KONICA MINOLTA HE...	Negociação Item 0001: Prezados, bom dia!
07/08/2023 - 10:03:57	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 915.000,00.
07/08/2023 - 11:14:44	Sistema	O fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
14/08/2023 - 14:08:53	Pregoeiro	Prezados licitantes, a empresa CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA no fim da fase de lances, questionou a pregoeira, via telefone, sobre o prazo de desempate de ME e EPP. Alegando que o portal não considerou os 05 minutos para lances, conforme preceitua a Lei 123/2006. Após formalizou um email de questionamento.
14/08/2023 - 14:09:00	Pregoeiro	A pregoeira a fim de sanar qualquer dúvida, entrou em contato com o suporte do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, que após uma auditoria do processo se posicionou sobre o assunto, conforme segue:
14/08/2023 - 14:09:07	Pregoeiro	O item foi encerrado às 09:43:44, porém a frase abaixo só foi disparada às 09:49:12: O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 919.900,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 07/08/2023 às 09:49:35. O desempate, pelo banco de dados, abriu 09:44:35 encerrando 09:49:35 dando 5 minutos para o envio do lance (o ícone para o lance de desempate ficou disponível no acesso do fornecedor) porém a frase com essa informação só foi disparada 09:49:12.
14/08/2023 - 14:09:24	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Locamail __ Pregão 68_2023.pdf) em 14/08/2023 às 14:09.



14/08/2023 - 14:09:31	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Locamail __ Notificação de Registro - 534061 - Lance de Desempate.pdf) em 14/08/2023 às 14:09.
14/08/2023 - 14:09:43	Pregoeiro	Foi anexado via portal os emails, tanto da empresa CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, quanto a resposta do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.
14/08/2023 - 14:09:52	Pregoeiro	Sendo assim comprovado que a empresa CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA não foi prejudicada no lance de desempate de ME e EPP, passaremos a análise do prospecto da empresa primeira colocada.
14/08/2023 - 15:33:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 15/08/2023.
14/08/2023 - 15:33:31	Sistema	Motivo: PREZADO, NÃO LOCALIZAMOS NOS PROSPECTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA OS SEGUINTES ASPECTOS: 1) O MAMÓGRAFO SERÁ FORNECIDO COM KIT DE ESTEREOTAXIA? 2) O MONITOR FUNÇÃO TOUCHSCREEN OFERTADO É DE QUANTAS POLEGADAS? 3) O EQUIPAMENTO OFERTADO POSSUI QUANTAS ENTRADAS USB? 4) QUAL PROCESSADOR FOI OFERTADO ?
15/08/2023 - 08:51:38	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/08/2023 - 11:48:23	Sistema	O fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
15/08/2023 - 11:48:23	Sistema	Motivo: Após diligência, a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA respondeu que o equipamento não foi ofertado com o kit de estereotaxia, porém tem a possibilidade futura de upgrade. Ao analisar o descritivo, entenderam que o equipamento deveria estar pronto para estereotaxia e que nesse momento não seria necessário possuir o kit. Sendo assim a empresa não atendeu ai exigido no anexo I do referido edital.
15/08/2023 - 11:48:23	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VMI TECNOLOGIAS LTDA com lance de R\$ 915.890,00.
15/08/2023 - 11:48:24	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
15/08/2023 - 11:53:58	Pregoeiro	Prezados, como as empresas segunda e terceira colocadas estão em empate ficto, a pregoeira irá marcar a data e hora para envio de lances de desempate, conforme preceitua a Lei 123/06.
15/08/2023 - 11:57:49	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 15/08/2023 às 15:00, encerrando às 15:05:00.
15/08/2023 - 15:01:47	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 914.800,00.
15/08/2023 - 15:01:47	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA com lanceR\$ 914.800,00.
15/08/2023 - 15:06:33	Pregoeiro	Prezados, passaremos a análise do prospecto apresentado pela empresa CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA .
15/08/2023 - 15:26:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 15/08/2023.
15/08/2023 - 15:26:12	Sistema	Motivo: Prezados, ao analisar o prospecto da referida empresa, surgiram questionamentos, que merecem ser esclarecidos pela empresa. Segue os mesmos: 1) O equipamento é composto de braço giratório motorizado consistindo de tubo de raio-x ? 2) O equipamento será ofertado com kit de estereotaxia? 3) As configurações de software serão entregues com 512 gb sdd e processador tipo core i7 de 10 geração e 03 saidas USB? 4) O Monitor ofertado é de 21,3 polegadas com touchscreen ?
15/08/2023 - 16:32:38	F. CGRX INDUSTRIA CO...	Documentação Item 0001: O equipamento é composto de braço giratório motorizado consistindo de tubo de raio-x ? Sim. 2) O equipamento será ofertado com kit de estereotaxia? Sim, inclusive o bym refere-se ao KIT de estereotaxia. 3) As configurações de software serão entregues com 512 gb sdd e processador tipo core i7 de 10 geração e 03 saidas USB? Sim 4) O Monitor ofertado é de 21,3 polegadas com touchscreen ?Sim
15/08/2023 - 16:40:00	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/08/2023 - 14:56:00	Pregoeiro	Prezados, após conferência com as especificações do anexo I do edital,passaremos a análise da documentação de Habilitação da empresa CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA.
16/08/2023 - 14:57:57	Sistema	O fornecedor CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
16/08/2023 - 14:57:57	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou anexada via portal, conforme exige o item 16, a Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial (Falência e Concordata), item 16.4.3 "a" do edital.
16/08/2023 - 14:57:57	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VMI TECNOLOGIAS LTDA com lance de R\$ 915.890,00.
16/08/2023 - 14:59:16	Pregoeiro	Passaremos a análise do prospecto apresentado pela empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA.
16/08/2023 - 16:40:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 17/08/2023.
16/08/2023 - 16:40:19	Sistema	Motivo: Prezados, analisando o prospecto da empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA, a itens que não conseguimos identificar, assim solicito esclarecimento: 1) O equipamento possui exibição digital de espessura de compressão e ângulo de rotação? 2) O equipamento possui indicador luminoso de área irradiada? 3) O equipamento será entregue com kit de esteriotaxia?
17/08/2023 - 08:02:47	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/08/2023 - 08:03:15	F. VMI TECNOLOGIAS LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia Sr. Pregoeiro, seguem anexadas as respostas da Diligência, conforme solicitado.
17/08/2023 - 10:14:46	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE PE 68-2023.pdf) em 17/08/2023 às 10:14.
17/08/2023 - 10:16:28	Pregoeiro	Bom dia!! foi anexado o Relatório de análise técnicas de todos os equipamentos.
17/08/2023 - 10:17:20	Pregoeiro	Em ato contínuo será analisada a documentação de Habilitação da empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA.
17/08/2023 - 10:18:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:30 do dia 17/08/2023.
17/08/2023 - 10:18:56	Sistema	Motivo: VENHO CONVOCAR A EMPRESA A UMA NOVA NEGOCIAÇÃO PARA R\$ 910.000,00
17/08/2023 - 10:19:04	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 17/08/2023 às 12:30.
17/08/2023 - 10:26:33	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 910.000,00.
17/08/2023 - 10:26:53	F. VMI TECNOLOGIAS LTDA	Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro, conseguimos chegar no valor de R\$ 910.000,00.



17/08/2023 - 10:55:08	Sistema	O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
17/08/2023 - 12:29:56	Pregoeiro	Prezados, em ato contínuo a pregoeira irá declarar o vencedor do certame e abrir o prazo para Recurso amanhã dia 18/08/2023 às 08:30h.
18/08/2023 - 08:32:41	Pregoeiro	Bom dia! retornaremos os trabalhos deste pregão.
18/08/2023 - 08:33:11	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA.
18/08/2023 - 08:33:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 18/08/2023 às 09:05.
18/08/2023 - 08:33:33	Pregoeiro	Prezados, foi declarado o vencedor por lote e aberto o prazo de 30 minutos para Recurso.
18/08/2023 - 08:36:11	Sistema	O fornecedor CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
18/08/2023 - 09:17:31	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
18/08/2023 - 09:17:31	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso, visto que não concordamos com a nossa desclassificação, motivos os quais discorreremos em nossa peça recursal.
18/08/2023 - 09:18:45	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 23/08/2023 às 23:59, com limite de contrarrazão para 28/08/2023 às 23:59.
23/08/2023 - 22:23:04	Sistema	O fornecedor CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
28/08/2023 - 15:02:07	Sistema	O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.
31/08/2023 - 15:46:31	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (EMAIL KONICA.pdf) em 31/08/2023 às 15:46.
31/08/2023 - 15:47:21	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RESPOSTA QUESTIONAMENTO KONICA.pdf) em 31/08/2023 às 15:47.
01/09/2023 - 08:25:43	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
01/09/2023 - 08:26:02	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por JOAO PAULO SCHETTINO MINETI.

Alexandra de Oliveira Vinco

Pregoeiro

JOAO PAULO SCHETTINO MINETI

Autoridade Competente

LEOCLESIA FILETTI

Apoio

VAUNEIDI MARIA PETERLE CARDOSO

Apoio

